

ขอบเขตของงาน

ประกอบการจัดซื้อ กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อให้ปราศจากเชื้อ ขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบเงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหา กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อให้ปราศจากเชื้อ ขนาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการที่ ๑ กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม. x ๒๘๕ มม. x ๑๓๕ มม.

โดยเลือกข้อ ๑.๓.๑.๒ แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรูใช้สำหรับเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อชนิด

Pre-Vacuum Stream จำนวน ๕ กล่อง

- หมายเลข คผ. ๖๕๑๕-M-๖๑-P-๐๘๙๖ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๑๓/๕๔ ยกเว้นข้อ ๓.๑)

๔.๒ รายการที่ ๒ กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม. x ๒๘๕ มม. x ๑๕๐ มม.

โดยเลือกข้อ ๑.๓.๑.๒ แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรูใช้สำหรับเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อชนิด

Pre-Vacuum Stream จำนวน ๓ กล่อง

- หมายเลข คผ. ๖๕๑๕-M-๖๑-P-๐๘๙๖ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๑๓/๕๔ ยกเว้นข้อ ๓.๑)

๔.๓ รายการที่ ๓ กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๐ มม. x ๔๖๕ มม. x ๑๕๐ มม.

โดยเลือกข้อ ๑.๓.๑.๒ แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรูใช้สำหรับเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อชนิด

Pre-Vacuum Stream จำนวน ๔ กล่อง

- หมายเลข คผ. ๖๕๑๕-M-๖๑-P-๐๘๙๖ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๑๓/๕๔ ยกเว้นข้อ ๓.๑)

๔.๔ รายการที่ ๔ กล่องใส่เครื่องมือผ่าตัดเพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘๕ มม. x ๕๘๐ มม. x ๑๕๐ มม.

โดยเลือกข้อ ๑.๓.๑.๒ แบบด้านล่างของกล่องไม่มีรูใช้สำหรับเครื่องมือทำให้ปราศจากเชื้อชนิด

Pre-Vacuum Stream จำนวน ๔ กล่อง

- หมายเลข คผ. ๖๕๑๕-M-๖๑-P-๐๘๙๖ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๑๓/๕๔ ยกเว้นข้อ ๓.๑)

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. สถานที่ส่งมอบพัสดุ

กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๙

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคารวมต่ำสุด)

๘. วงเงินในการจัดหา

๘.๑ รายการที่ ๑ จำนวน ๕ กล่อง รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคากล่องละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๘.๒ รายการที่ ๒ จำนวน ๓ กล่อง รวมเป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคากล่องละ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๘.๓ รายการที่ ๓ จำนวน ๔ กล่อง รวมเป็นเงิน ๑๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคากล่องละ ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๘.๔ รายการที่ ๔ จำนวน ๔ กล่อง รวมเป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคากล่องละ ๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท)

รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๖๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. งานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับกำหนดให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๑. ระยะเวลาการรับประกัน

๑๑.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้อง
รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
รับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องเข้ามา
ดำเนินการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องเข้ามาดำเนินการทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลา
รับประกัน

๑๒. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๒.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการ
นำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันยื่นข้อเสนอและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้า
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับการอนุญาตนั้นด้วย หรือ

๑๒.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือ
แพทย์ที่เสนอในครั้งนี้อยู่ที่หมดอายุนับถึงวันยื่นข้อเสนอและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๑๒.๓ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๑๒.๔ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๕ เอกสารตาม ข้อ ๑๒.๑ - ๑๒.๔ ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ต.หญิง น้ำฝน วรรณศรีจันทร์ ประธานกรรมการ

(น้ำฝน วรรณศรีจันทร์)

พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ เตชสิทธิวัชร กรรมการ

(ศิริรัตน์ เตชสิทธิวัชร)

พ.ต.หญิง บุรณ์ พงษ์ธนะ กรรมการ

(บุรณ์ พงษ์ธนะ)