

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 10 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

- 1 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด SEMI-COMPLIANCE ขนาด 2.5X10 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 1 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 2 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด SEMI-COMPLIANCE ขนาด 2.5X20 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 2 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 3 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด SEMI-COMPLIANCE ขนาด 3.0X10 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 3 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 4 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด SEMI-COMPLIANCE ขนาด 3.0X20 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 4 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 5 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด SEMI-COMPLIANCE ขนาด 3.5X15 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 5 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 6 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด NON-COMPLIANCE ขนาด 2.25X6 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 6 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓

- 7 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด NON-COMPLIANCE ขนาด 2.25X15 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 7 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 8 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด NON-COMPLIANCE ขนาด 2.5X10 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 8 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 9 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด NON-COMPLIANCE ขนาด 2.5X20 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 9 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓
- 10 สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี ด้วยบอลลูน แบบ MONORAIL ชนิด NON-COMPLIANCE ขนาด 3.0X6 มม. ✓
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 082/50 รายการที่ 10 ✓
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1071 ✓

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

.....

.....

.....

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

☒ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ✓

☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย ✓

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 10 รายการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ✓

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

.....

.....

พ.ท. ทนง ศุภาน.....ประธานกรรมการ

พ.ต. ทนง วัชร.....กรรมการ

ร.อ. ทนง ปิยะ.....กรรมการ