

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 066/59 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 59 - S - 0017

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุบน้ำยา Sodium Hyaluronate and Sodium Chondroitin Sulfate  
หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นน้ำยาที่ใช้ฉีดเข้าในส่วนช่องหน้าลูกตา เพื่อช่วยในกระบวนการผ่าตัดตา ช่วยเพิ่มปริมาตรพื้นที่ในช่องว่างลูกตาสวนหน้า (Anterior Chamber)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่มีลักษณะใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติหนืด

1.2.2 ประกอบด้วย Sodium Hyaluronate and Sodium Chondroitin Sulfate

1.2.3 มีคุณสมบัติเคลือบปกป้องกระจกตาส่วนหลังได้ดี (Coatability)

1.2.4 ต้องมีการระบุเฉพาะว่าใช้เกี่ยวกับการผ่าตัดตา

1.2.5 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สำหรับใช้ครั้งเดียว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย น้ำยา Sodium Hyaluronate and Sodium Chondroitin Sulfate บรรจุในกระบอกฉีดยาแบบ Pre-filled syringe พร้อมเข็มฉีดยา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ


3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ..........รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(ศิตธิช วงศ์กุลศิริ)

  
( ศิระกุลย์ พงศ์เกียรติคุณ )

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.บ  
- ๙ ก.ค. ๒๕๖๘

4 ม.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อาจใช้

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 065/59 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 59 - S - 0016

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดน้ำยา Sodium Hyaluronate และ Sodium Chondroitin Sulfate ร่วมกับ Sodium Hyaluronate

หน่วยนับ ชุด

**1. คุณลักษณะเฉพาะ**

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นน้ำยาที่ใช้ฉีดเข้าในส่วนช่องหน้าลูกตา เพื่อช่วยในกระบวนการผ่าตัดตา ช่วยเพิ่มปริมาตรพื้นที่ในช่องว่างลูกตาส່วนหน้า (Anterior Chamber)

**1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 เป็นน้ำยาที่มีลักษณะใส ไม่มีสี มีคุณสมบัติหนืด

1.2.2 ประกอบด้วย Sodium Hyaluronate and Sodium Chondroitin Sulfate + Sodium Hyaluronate

1.2.3 ต้องมีการระบุเฉพาะว่าใช้เกี่ยวกับการผ่าตัดตา

1.2.4 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สำหรับใช้ครั้งเดียว

**1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย**

1.3.1 น้ำยา Sodium Hyaluronate และ Sodium Chondroitin Sulfate บรรจุในกระบอกฉีดยาแบบ Pre-filled syringe พร้อมเข็มฉีดยา จำนวน 1 หลอด

1.3.2 น้ำยา Sodium Hyaluronate บรรจุในกระบอกฉีดยาแบบ Pre-filled syringe พร้อมเข็มฉีดยา จำนวน 1 หลอด

**2. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ**

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ


3.2 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล


**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุบน้ำยา Sodium Hyaluronate และ Sodium Chondroitin Sulfate ร่วมกับ Sodium Hyaluronate

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ..........รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
(สีตริช วงศ์กุลศิริ)

4 ม.ค. 2559

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.ก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/...1... ลง...4 ม.ค. 59

สำเนาถูกต้อง

  
(ศิริกุลย์ พงศ์เกียรติคุณ)  
นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖  
- ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

หน่วยนับ ชิ้น

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน



ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ขอเกี่ยวม่านตา

( Flexible Iris Retractors )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( บุญขจร ทิพย์วงษ์ )

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

ร.อ.หญิง.....พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( ชุตติกาญจน์ ขอมใจเพชร )

18 เมย 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( สุพิชัย เจริญวารีกุล )

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.....นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทนิพ )

1 พ.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.  
ที่ กท 0446.13/...594 ลง...13พ.ค.62

สำนักงานกอง

พ.ท. วิจิตรกุล  
( ศิริธรรพ์ พงษ์เกียรติคุณ )

นายทหารพยาบาล รพ.ร.6  
- ๙ ก.ค. ๒๕๖๘