

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ Price Performance เครื่องตรวจวัดแรงดันในระบบทางเดินอาหาร ชนิดความละเอียดสูง แบบที่ 1		
	ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก(ร้อยละ)
1	เกณฑ์มาตรฐานด้านราคา	40
2	เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้า	45
3	เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการหลังการขาย	15
	รวม/คะแนนถ่วงน้ำหนักแล้ว	100
เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้า (คิดเป็นร้อยละ 45)		
	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน
1	คุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยมีใช้ในโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (มีเอกสารประกอบ)	15
	● ≥ 5 แห่ง	15
	● 3-4 แห่ง	10
	● 1-2 แห่ง	5
	● ไม่มี	0
2	มีข้อมูลการใช้งานการตรวจการเคลื่อนไหวในเด็ก ในรพ.โรงเรียนแพทย์ มากกว่า 1 ปี	10
	● ≥2 แห่งขึ้นไป	10
	● 1 แห่ง	5
	● ไม่มี	0
3	สามารถรองรับการใช้งานเครื่องมือสำหรับฝึกการเบ่งถ่ายอุจจาระได้ (biofeedback)	10
	● ได้	10
	● ไม่ได้	0
4	โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์แรงดัน (Manometry) ในระบบทางเดินอาหาร สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์วิธีการตรวจ (protocol) ได้ตามที่ต้องการ	5
	● เปลี่ยนได้	5
	● เปลี่ยนไม่ได้	0
5	มีนวัตกรรมในการป้องกันการชำรุดเสียหายของสายตรวจ	5
	● มี	5
	● ไม่มี	1

เกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการหลังการขาย (คิดเป็นร้อยละ 15)		
	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน
1	มีช่างหรือวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะ ในการดูแลปรนนิบัติบำรุง/ซ่อมแซม เครื่องตรวจวัดแรงดันฯ ที่ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีเอกสารรับรองการผ่านการอบรม	5
	● มี	5
	● ไม่มี	0
2	ระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง	5
	● รับประกันความชำรุดบกพร่องมากกว่า 2 ปี	5
	● รับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี	3
3	ในกรณีส่งซ่อมภายในเวลาประกัน ต้องจัดให้มีเครื่องสำรองที่มีคุณภาพและความสามารถในการใช้งาน ไม่ต่ำกว่าเครื่องที่ส่งซ่อมทดแทนให้ใช้งานในระหว่างการส่งซ่อมตามความต้องการของผู้ใช้งาน	5
	● มี	5
	● ไม่มี	0

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.อ.....อนันดร วงศ์ธีระสุต.....ประธานกรรมการ
(อนันดร วงศ์ธีระสุต)

พ.ท.หญิง.....ณัฏฐพร นพเคราะห์.....กรรมการ
(ณัฏฐพร นพเคราะห์)

พ.ต.หญิง.....จุฑารัตน์ แสงสว่าง.....กรรมการ
(จุฑารัตน์ แสงสว่าง)