

เอกสารประกอบการพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
 ราคาพิเศษขอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40 : ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	หัวข้อ	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา
1	เกณฑ์ด้านมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	1.1 ISO 13485	10 คะแนน
			1.2 ISO 9001	5 คะแนน
			1.3 ISO 14001	5 คะแนน
			2.1 EN 1422 (2014)	5 คะแนน
2	เกณฑ์ด้านมาตรฐานเครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องฯ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	2.2 IEC 61010	5 คะแนน
			2.3 CE marked	5 คะแนน
			2.4 RoHS 2011/65/EU	5 คะแนน
			2.5 UL Certificate	5 คะแนน
			2.6 FDA 510 (k)	5 คะแนน
			3.1 EPA	10 คะแนน
3	เกณฑ์ด้านมาตรฐานของหลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของหลอดแก๊สที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	3.2 CE marked	5 คะแนน
			3.3 DIN	5 คะแนน
			3.4 DOT	5 คะแนน
4	หน่วยงานอ้างอิง	สำเนาใบสั่งซื้อ หรือสำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องอบทำลายเชื้อฯ และหลอดแก๊สฯ ยี่ห้อเดียวกันที่เสนอราคา ที่ออกโดยสถาบันโรงเรียนแพทย์ในกลุ่ม กสพท.	สำเนาใบสั่งซื้อ หรือสำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องอบทำลายเชื้อฯ ยี่ห้อเดียวกันที่เสนอราคา ที่ออกโดยสถาบันโรงเรียนแพทย์ในกลุ่ม กสพท.	มากกว่า 10 แห่ง 25 คะแนน 6 – 10 แห่ง 15 คะแนน 1- 5 แห่ง 5 คะแนน 0 แห่ง 0 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง.....

(สถาพร มั่งมัว)

ประธานกรรมการ

2. พ.ท.หญิง.....

(ธมนพร บุณยเจริญ)

กรรมการ

3. ร.ต.....

(พลยุทธ์ ทศนักรช)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
1	เกณฑ์ด้านมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	1.1 ISO 13485 : (เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และขายเครื่องมือทางการแพทย์ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง)เป็นมาตรฐานที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับองค์กรที่ต้องการแสดงความสามารถในการจัดหาและให้บริการที่เกี่ยวข้องเครื่องมือแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตรฐานนี้มีหลักการและรูปแบบเป็นไปตาม ISO 9001 และเพิ่มเติมข้อกำหนดเฉพาะบางประการของเครื่องมือแพทย์และละเว้นข้อกำหนดบางประการของ ISO 9001 ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย	10 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน


1. พ.อ.หญิง ประธานกรรมการ (สภาพร มั่นมา)
2. พ.ท.หญิง กรรมการ (ธมนพรรัช บุญเจริญ)
3. ร.ต. กรรมการ (พลยุทธ์ ทศนักรช)


กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
ราคาพิเศษ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
1	เกณฑ์ด้านมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	1.2 ISO 9001 : (เป็นมาตรฐานด้านระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล) เพื่อการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ควมรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูลรวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง..........ประธานกรรมการ (สถาพร มั่นมา)




2. พ.ท.หญิง..........กรรมการ (ธมนพรช บุญเจริญ)

3. ร.ต..........กรรมการ (พลยุทธ์ ทศน์รักษ์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทริลีนออกไซด์
ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
1	เกณฑ์ด้านมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของโรงงานผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	1.3 ISO 14001(ISO 14001:2015) : (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม: Environment Management System) เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเพิ่มสมรรถนะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และเพื่อเพิ่มความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	5 คะแนน



คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ (สถาพร มั่นมา)
2. พ.ท.หญิง  กรรมการ (ธนพรรัช บุญเจริญ)
3. ร.ต.  (พลยุทธ์ ทศนิกษ์) กรรมการ

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
2	เกณฑ์ด้านมาตรฐานเครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องที่ผ่าน การ รับ ร อด ำ ม มาตรฐานสากล	2.1 EN 1422 (2014) : (มาตรฐานยุโรปที่ระบุข้อกำหนดและการทดสอบเกี่ยวกับเครื่องฆ่าเชื้อโดยใช้แก๊สเอทิลีนออกไซด์ (EO) ที่ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์(EO) บริสุทธิ์หรือมีส่วนผสมกับแก๊สอื่นๆ - ข้อกำหนดสำหรับการควบคุมความเสี่ยงวัสดุ Chamber ทำลายเชื้อ การออกแบบและการก่อสร้างเครื่องมือวัด ที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์วงจรการทำลายเชื้อการควบคุมอัตโนมัติและประสิทธิภาพของเครื่องนี้ - อธิบายถึงอุปกรณ์ และการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับChamber ทำลายเชื้อรวมถึงการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Biological Indicator) - ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร (เครื่องอบทำลายเชื้อ) เป็นไปตามข้อบังคับของ EU Directive 93/42 / EEC	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง ประธานกรรมการ
(สถาพร มั่งมา)
2. พ.ท.หญิง กรรมการ
(ธนเมพรรษ บุญเจริญ)
3. ร.ต. กรรมการ
(พลยุทธ์ ทศนิกข์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
2	เกณฑ์ด้านมาตรฐาน เครื่องอุปโภคบริโภค ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอพริสันออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยของเครื่อง ที่ผ่าน การรับรองตาม มาตรฐานสากล	2.2 IEC61010 : (International Electrotechnical Commission:เป็นมาตรฐาน ทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับรองคุณภาพเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับการวัดการควบคุม และการใช้ห้องปฏิบัติการ	5 คะแนน
			2.3 CE marked : (European Conformity : เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมี การออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานปลอดภัยตามข้อกำหนดในระดับเทียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจถึง ความปลอดภัยด้านสุขภาพในการใช้สินค้าและลดผลกระทบที่อาจมีต่อ สิ่งแวดล้อม)เครื่องหมาย CE เป็นการรับรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม กฎระเบียบสหภาพยุโรป	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอของงาน

1. พ.อ.หญิง.....
(สถาพร มั่นมา) ประธานกรรมการ

2. พ.ท.หญิง.....
(ธมนพรช บุญเจริญ) กรรมการ

3. ร.ต.....
(พลยุทธ์ ทศนิกซ์) กรรมการ

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 ราคาที่เสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
 ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
2	เกณฑ์ด้านมาตรฐานเครื่องอุปโภคบริโภคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องที่ผ่าน การรับรองตามมาตรฐานสากล	2.4 RoHS 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances) - เป็นมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องของการใช้สารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ ตั้งแต่แผงวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว - เป็นระเบียบที่เน้นการจำกัดการใช้สารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุ โดยจำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และทำให้การนำทรัพยากรกลับคืนและการทิ้งซากผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ (สถาพร มั่นมา)



2. พ.ท.หญิง  กรรมการ (ธมนพรช บัญเจริญ)

3. ร.ต.  กรรมการ (พลยุทธ์ ทศนิกซ์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
2	เกณฑ์ด้านมาตรฐานเครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องอบทำลายเชื้อที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล	2.5 UL Certificate : (Underwriters Laboratories) มาตรฐาน UL จะช่วยให้ผู้ใช้นั้นมั่นใจว่าเครื่องฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับประกันความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	5 คะแนน



คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ
(สถาพร มั่นมา)
2. พ.ท.หญิง  กรรมการ
(ธมนพรช บุญเจริญ)
3. ร.ต.  กรรมการ
(พลยุทธ์ ทศน์รักษ์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
2	เกณฑ์ด้านมาตรฐานเครื่องอบทำลายเชื้อด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องอบทำลายเชื้อที่ทำโดยมาตรฐานสากล	2.6 FDA 510 (k) : มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จะวางจำหน่ายให้โรงพยาบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเครื่องอบ ที่ผ่านการรับรองและได้รับ มาตรฐานนี้ ได้ผ่านการขออนุมัติทดสอบ และมีข้อมูลสนับสนุนที่ได้มาตรฐาน	5 คะแนน


คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ
(สถาพร มั่นมา)
2. พ.ท.หญิง  กรรมการ
(ธมนพรรัช บุญเจริญ)
3. ร.ต.  กรรมการ
(พลยุทธ์ ทศนิกข์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอพธิลินออกไซด์
ราคาพิเศษ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
3	เกณฑ์ด้านมาตรฐานของหลอดแก๊สเอพธิลินออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานและข้อมูลผลิตภัณฑ์ของหลอดแก๊สที่ผ่าน การ รับ ร อด ำ มมาตรฐานสากล	3.1 EPA (Environmental Protection Agency): เป็นองค์กรที่กำหนดกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานการป้องกันและควบคุมมลพิษ เนื่องจากแก๊ส Ethylene oxide เป็นแก๊สพิษ เมื่อนำมาใช้เข้าเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล จึงควรมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ	10 คะแนน
			3.2 CE marked : มาตรฐานของสหภาพยุโรปที่แสดงถึงการขึ้นทะเบียนการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU โดยการแสดงใบ Certificate โดยมีเลขทะเบียนกำกับ (CE No.)	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง  ประธานกรรมการ
(สถาพร มั่นมา)



2. พ.ท.หญิง  กรรมการ
(ธมนพรช บุญเจริญ)

3. ร.ต.  กรรมการ
(พลยุทธ์ ทศนิกษ์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทิลีนออกไซด์
ราคาข้อเสนอ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
3	เกณฑ์ด้านมาตรฐานของหลอดแก๊สเอทิลีนออกไซด์	เอกสารด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของหลอดแก๊สผ่าน การรับ ร อก ต าม มาตรฐานสากล	3.3 DIN (Drug identification number) : เป็นมาตรฐานของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสารทำลายเชื้อ	5 คะแนน
			3.4 DOT: (Department of transportation) : เป็นมาตรฐานของการขนส่งหลอดแก๊ส	5 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง ประธานกรรมการ (สราพร มั่นมา)
2. พ.ท.หญิง กรรมการ (ธมนพรช นุญเจริญ)
3. ร.ต. กรรมการ (พลยุทธ์ ทศนิกษ์)

กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนนการจัดซื้อเครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ด้วยระบบแก๊สเอทริลีนออกไซด์
ราคาพิเศษ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 40
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 60

ลำดับ	เกณฑ์การประเมิน	เอกสารประกอบการพิจารณา	รายละเอียด	ระดับคะแนนเท่ากับ
4	หน่วยงานอ้างอิง	สำเนาใบสั่งซื้อ หรือสำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องอบทำลายเชื้อฯ และหลอดแก๊สฯ เชื้อฯ และหลอดแก๊สฯ ยี่ห้อเดียวกันที่เสนอราคา ที่ออกโดยสถาบันวิจัยแพทยใน กลุ่ม กสพท.	สำเนาใบสั่งซื้อ หรือสำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องอบทำลายเชื้อฯ และหลอดแก๊สฯ ยี่ห้อเดียวกันที่เสนอราคา ที่ออกโดยสถาบันวิจัยแพทยใน กลุ่ม กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย) มากกว่า 10 แห่ง 6 - 10 แห่ง 1 - 5 แห่ง 0 แห่ง	25 คะแนน 15 คะแนน 5 คะแนน 0 คะแนน

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

1. พ.อ.หญิง ณัฏฐา น. ประธานกรรมการ (สถาพร มั่นมา)
 2. พ.ท.หญิง ณัฏฐา น. กรรมการ (ธมนพรช บุญเจริญ)
 3. ร.ต. ณัฏฐา น. (พลยุทธ์ ทศนัฏ) กรรมการ