

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ภาชนะ สาย พ.ที่ 225/64 (พบ.)

หมายเลข คฉบ. 6550 - M - 64 - S - 0125

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ชนิดเข้มข้น
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือดด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยามีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 Sodium Chloride

1.2.1.2 Tris Buffer

1.2.1.3 EDTA-2K

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 60 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นสารละลายสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลวเข้มข้น พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบท่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ความเข้มข้นของน้ำยาในข้อ 1.2.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

สำเนาถูกต้อง

๘๐/๗๙๒ ๗๙๒ ๗๙๒

พ.อ.

10 ส.ค. 2564

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาเจือจางและตรวจนับเม็ดเลือดแดงและเกล็ดเลือด ชนิดเข้มข้น

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ.

พ.อ. รอง ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญชพร ทิพยวงศ์)พ.อ. รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ราตรี บุญเจือ)ร.ท.หญิง น้ำยาเจือจาง นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.รร.6/
(ณัฐวadee ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

10 ส.ค. 2564

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ. รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)พ.อ. รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจ แสงสว่าง)พ.อ.หญิง นบก.ประจำ พบ./
(สิริวรรณ สมจินตนา) กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการพ.ท.หญิง ประจำ พบ. ชรก.รพ.รร.6/
(อรอนงค์ แสงเจริญ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้ร.ท.หญิง น้ำยาเจือจาง นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.รร.6/
(ณัฐวadee ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

16 ส.ค. 2564

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กก 0446.13/ 978 ลง 16 ส.ค. 64

สำเนาถูกต้อง

จ.อ. นิติ นิรันดร์ ห้อง

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 173/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0124

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว Neutrophil, Lymphocyte,
Monocyte, Eosinophil

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว Neutrophil, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาที่ส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 Non-Ionic Surfactant

1.2.1.2 Organic Quaternary Ammonium Salts

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบเด็ตตาลีอิก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(พร.ช. มีลาภ)

พ.อ.หญิง รองผอ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท. พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกุล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

สำเนาถูกต้อง

คุณลักษณะเฉพาะนับเม็ดเลือดขาว
ตามมาตรฐาน จก.พบ.ที่อยู่หนังสือ กว.พบ.
ที่ กน 0445.13/ 738 ลง 19 มิ.ย. 60

อ.ดร. นิติ คำอ้อ ศึกษา,

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 174/60 (พบ.)

หมายเลขอุตสาหกรรม 6550 - M - 60 - S - 0125

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาอ้อมสีสำหรับตรวจนับแยกเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil, Lymphocyte,
Monocyte, Eosinophil

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับแยกเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil, Lymphocyte,
Monocyte, Eosinophil ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาไม่ส่วนประกอบสำคัญ ตั้งนี้

1.2.1.1 Polymethine Dye

1.2.1.2 Methanol

1.2.1.3 Ethylene Glycol

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้
กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุแล่หีบท่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..... พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุราษฎร์

(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกูล) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะจะบันทึกไว้ให้ตามอนุมัติ ขก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ. ที่ กก 0446.13/ 738 ลง 19 มิ.ย. 60

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. หลิว อัคราเดช จิตมงคล

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 170/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0121

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจวัดไฮโดรเจนออกไซด์

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจวัดไฮโดรเจนออกไซด์ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยามีส่วนประกอบของ Sodium Lauryl Sulfate

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 60 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 1 ถึง 30 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... พ.อ.กง พบ./ประธานกรรมการ
(เพรช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..... พ.อ.กง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..... พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกูล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ ตามอนุมัติ จก.พบ. วันที่ลงชื่อ กว.พ.๖๐. ที่ กก 0446.13/ ๗๓๘ ลง ๑๙ มิ.ย.๖๐
--

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.๗๗๗๗ ๗๗๗๗ ๗๗๗๗

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 171/60 (พบ.)

หมายเลขอุตสาหกรรม 6550 - M - 60 - S - 0122

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาไม่ส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 Non-Ionic Surfactant

1.2.1.2 Organic Quaternary Ammonium Salts

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 60 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อบรรจุและหีบท่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบเด็ตตาลีอิก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....
(*ลายเซ็น*) พอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(เพรช มีลาภ)

พ.อ.หญิง.....
(*ลายเซ็น*) พอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.....
(*ลายเซ็น*) พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกูล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.ก.พ. ที่ กก 0446.13/738.ลง.19 มิ.ย.60
--

สำเนาอย่างต้อง

ร.อ. นสส. ๗๔๒๓๑ ซี.๖๗๗

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 172/60 (พบ.)

หมายเลขอุตสาหกรรม 6550 - M - 60 - S - 0123

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาอ้อมสีสำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับจำนวนเม็ดเลือดขาว Basophil และ NRBC ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาไม่ส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 Polymethine Dye

1.2.1.2 Ethylene Glycol

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... พอ. กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..... จิตมนต์ ธรรม พอ. กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..... พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกูล) /กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

สำเนาถูกต้อง

อ. อ. นสูง ลักษ์ ใจกลาง

คุณลักษณะเฉพาะของน้ำยาที่ใช้ ตามอนุบัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ วว.พบ. ที่ กห 0445.13/ 738.. ลง 19 มิ.ย. 60

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 125/59 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 59 - S - 0076

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาสำหรับการตรวจนับ Reticulocyte และเกล็ดเลือด
(Cellpack DFL)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นชุดน้ำยาสำหรับการตรวจนับ Reticulocyte และเกล็ดเลือด โดยใช้ร่วมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 มีส่วนประกอบของ Tricine Buffer ไม่น้อยกว่า 0.17%

1.2.2 สามารถมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 60 วัน หลังจากเปิดใช้งานแล้ว

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2-35°C

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำหรับการตรวจนับ Reticulocyte และเกล็ดเลือด มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้ร่วมกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติได้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบท่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... พ.อ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(เพรช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..... พ.อ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..... พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี/
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกูล) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

23 ก.ย. 2559

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กก 0446.13/..117.0 ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๕๙

สำเนาถูกต้อง

อ.ชัยวุฒิ ภู่ว่อง จิลกุล

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 175/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0126

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาอ้อมสีสำหรับตรวจนับจำนวน Reticulocyte และเกล็ดเลือด
หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจนับจำนวน Reticulocyte และเกล็ดเลือด ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาไม่ส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้

1.2.1.1 Polymethine Dye

1.2.1.2 Methanol

1.2.1.3 Ethylene Glycol

1.2.2 เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 90 วัน

1.2.3 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 35 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูป มีลักษณะเป็นของเหลว พร้อมใช้งาน สามารถใช้กับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติที่หน่วยงานมีใช้

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง


3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..... พ.อ. กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไฟร์ชีฟ มีลาภ)

พ.อ. หญิง.... พ.อ. กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท..... พยาธิแพทย์ รพ.ค่ายสุรนารี
(พงศ์อิษฎา รัตนพิทยานุกุล) / กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

19 มิ.ย. 2560

สำเนาถูกต้อง

๘,๑๙๙๗ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ ตามอนุมัติ จก. พน. ท้ายหนังสือ กว. พน. ที่ กก 0446.13/ ๗๓๙, ถ. ๑๙, แขวง, ๖๐
--