

ผนวก ก.

เกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์ (Price Performance) การจัดซื้อ ชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน		
	ตัวแปรหลักที่ใช้ประเมิน	น้ำหนัก(ร้อยละ)
1	เกณฑ์ราคา	20
2	เกณฑ์อื่น ประกอบด้วย	
	2.1 ข้อเสนอด้านเทคนิคและคุณภาพมาตรฐานของสินค้า	35
	2.2 การให้บริการหลังการขาย	45
	รวม/คะแนนถ่วงน้ำหนักแล้ว	100
ข้อเสนอด้านเทคนิคและคุณภาพมาตรฐานของสินค้า (คิดเป็นร้อยละ 35)		
	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน
1	ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้ในอนาคต	
	1.1 Output Port เพื่อแสดงภาพและการต่ออุปกรณ์เสริมในอนาคต	
	- มากกว่า 7 รูปแบบ	10
	- 4 - 6 รูปแบบ	5
	- 3 รูปแบบ	3
	- ไม่มี	0
	1.2 จานหมุนที่เลนส์รวมแสงสำหรับรองรับเทคนิคเพิ่มเติมในอนาคต	
	- 7 - 10 ตำแหน่ง	10
	- 5 - 6 ตำแหน่ง	5
	- 4 ตำแหน่ง	3
	- ไม่มี	0
2	แท่นหรือแผ่นวางกันสะเทือน	
	- สามารถปรับการสั่นสะเทือนได้แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องปรับตั้งค่าเอง	5
	- ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนแบบคงที่ หรือให้ผู้ใช้งานปรับตั้งค่าขณะทำงาน	3
	- ไม่มี	0
3	อุปกรณ์ประกอบในชุดกล้องฯ	
	- อุปกรณ์ประกอบในชุดกล้องฯ ทุกประเภท มีการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน	10
	- อุปกรณ์ประกอบในชุดกล้องฯ ทุกประเภท ไม่มีการผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน	5

พ.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ
 พ.อ.หญิง.....กรรมการ
 พ.ท.....กรรมการ

การให้บริการหลังการขาย (คิดเป็นร้อยละ 45)		
	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน
1	ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง	
	- รับประกันตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป	10
	- รับประกัน 2 ปี	5
	- รับประกัน 1 ปี	3
2	ช่างหรือวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะ ในการดูแลปรับนิตบํารุง/ซ่อมแซม ชุติกล้องฯ ที่ได้รับการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต และมีเอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่ออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน	
	- มี	10
	- ไม่มี	5
3	ในกรณีที่เครื่องเสีย หรือมีปัญหาระหว่างการใช้งาน ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายสามารถ ส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเฉพาะเข้ามาตรวจสอบได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการแจ้ง	
	- ได้	10
	- ไม่ได้	5
4	บริษัทผู้จัดจำหน่ายมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง (Reference site) การให้บริการหลังการขายสินค้า รุ่นเดียวกันหรือรุ่นที่ใกล้เคียง ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย	
	4.1 โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (มีเอกสารจากหน่วยงานแสดงประกอบ)	
	- ตั้งแต่ 4 แห่ง ขึ้นไป	10
	- 2 -3 แห่ง	5
	- 1 แห่ง	1
	- ไม่มี	0
	4.2 แหล่งอ้างอิงที่มีมาตรฐานสากล (Reference site) (มีเอกสารจากหน่วยงานแสดงประกอบ)	
	- มากกว่า 5 แห่ง	5
	- 3 - 5 แห่ง	3
	- 1 - 2 แห่ง	2
	- ไม่มี	0

พ.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ
 พ.อ.หญิง.....กรรมการ
 พ.ท.....กรรมการ