

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 302/31 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 6690

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ท่อเชื่อมต่อ  
( Extension Tube )

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นท่อต่อ หรือท่อเชื่อม เพื่อนำให้ยา อาหาร สิ่งของที่จะจำเป็นเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยได้สะดวก

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ผลิตจากพลาสติก พีวีซี ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์
- 1.2.2 เป็นท่อพลาสติกใส สามารถมองเห็นของเหลวไหลผ่านได้
- 1.2.3 มีข้อต่อสำหรับเชื่อมกับ 3 Way Stopcock หรือ IV Set ได้โดยตรง
- 1.2.4 มีขนาดความยาว ตามมาตรฐานสากล
- 1.2.5 แต่ละท่อเชื่อมต่อ บรรจุหีบห่อด้วยกระดาษหรือพลาสติกเรียบร้อย
- 1.2.6 ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นท่อพลาสติกใส

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ


- 3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
- 3.2 จำนวน และขนาดความยาว จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดสอบใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( ปุณฺชทร ทิพยวงษ์ )

พ.อ.หญิง  น.ปก.ประจำ พบ./กรรมการ

( สิริวรรณ สมจินตนา )

พ.อ.  พน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


( สามารถ ปานเลื่อน )

ชื่อสิ่งอุปกรณ์      ท่อเชื่อมต่อ  
( Extension Tube )

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  พลต.ทบ./ประธานกรรมการ

( สุพิชัย เจริญวารีกุล )

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( ปกกิจ แสงสว่าง )

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทมิฬ )

18 ก.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/1394 ลง.23.ก.ย.63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ. 

( สราวุฒิ เกษมสายสุวรรณ )

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.ร.๖

...../...../.....