

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 170/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6830 - M - 61 - S - 0588

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซไนตริกออกไซด์  
( Nitric Oxide Gas )

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้สำหรับขยายเส้นเลือดแดงในปอด เพื่อให้เลือดได้รับออกซิเจนมากขึ้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สูตรทางเคมี คือ NO

1.2.2 เป็นก๊าซที่ผสมใน ก๊าซไนโตรเจน โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ 1000 ppm (+/- 2%)

1.2.3 เป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ และไม่มีพิษ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นก๊าซ บรรจุในท่อก๊าซทนความดันที่ได้รับรองมาตรฐานสากล

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุอยู่ในท่อมีสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ของก๊าซแต่ละท่อ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


24 เม.ย. 2561


คณะกรรมการ...  
W.C.


ชื่อสิ่งอุปกรณ

ก๊าซไนตริกออกไซด์ ( Nitric Oxide Gas )


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ.  .....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ  
( ปุณชทร ทิพยวงษ์ )


พ.อ.หญิง  .....ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.อ.  ..... ศัลยแพทย์ทรวงอก รพ.ร.ร.6/  
( ไฉ่ บุญศิริ ) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้  
24 เมย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ..... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ  
( ทักชินน เจียมทอง )


พ.อ.  .....ผอ.กอง พบ./กรรมการ  
( ปกিজจี้ แสงสว่าง )

พ.อ.  ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ  
( ปราโมทย์ จันทมิฬ )

- 9 พค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีอนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ กก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/ 676... ลง. 16 พ.ค. 61..

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.   
( นิคม ทบศรี )  
นพ.บ.รพ.ร.ร.๖  
๑๕/๓/๖๑