

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1 ภาดทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของยาต้านจุลชีพ ชนิดแกรมลบ

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 118/60(พบ.) รายการที่ 1

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-M-60-S-0069

2 ภาดทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของยาต้านจุลชีพ ชนิดแกรมบวก

- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 118/60(พบ.) รายการที่ 2

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6640-M-60-S-0069

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

4.1 สามารถใช้กับเครื่องปล่อยจ่ายเชื้ออัตโนมัติ (Autoinjector) ที่สามารถกำหนดรูปแบบและปริมาตร

การปล่อยจ่าย ซึ่งควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ (Touch screen)

4.2 ที่ภาดทดสอบมีแผ่นสติกเกอร์ใสแนบมาให้เพื่อนำมาใช้สำหรับปิดภาดทดสอบให้สนิท ป้องกันการปนเปื้อนและ

และฟังก์กระจายของเชื้อจุลชีพ และทดลองใช้งาน

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

☒ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขายฯ

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 2 รายการ เป็นเงิน ๗,๘๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

.....
.....

พ.อ.  ประธานกรรมการ
พ.ท.หญิง  กรรมการ
ร.อ.   กรรมการ