

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 332/49 (พ.บ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2959

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดให้น้ำเกลือ
(IV Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นชุดสำหรับให้สารละลายเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ส่วนแทงเข้าภาชนะบรรจุสารละลายทำด้วยพลาสติกชนิดแข็ง มีรูให้สารละลายไหลผ่านและมีปลอกพลาสติกแข็งหุ้มป้องกันการติดเชื้อมัดหยดเป็นแบบ 20 หยดต่อซีซี
- 1.2.2 กระเปาะหยด ทำจากพลาสติกชนิดใส สามารถมองเห็นสารละลายไหลผ่าน มีความยืดหยุ่นสามารถบีบเร่งสารละลายได้ดี
- 1.2.3 สายส่งสารละลายทำจากพลาสติกชนิดใส สามารถมองเห็นสารละลายไหลผ่านได้ มีความยืดหยุ่นไม่พังอ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 140 ซม.
- 1.2.4 มีตัวกรองสารละลาย (Fluid Filter) ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 135 ไมครอน
- 1.2.5 มีรางรอกสำหรับควบคุมการไหลและปรับหยุดรักษาอัตราการไหลของสารละลายได้ดี
- 1.2.6 มีเข็มสำหรับผู้ป่วย ขนาด 21G ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว และข้อต่อแบบ Luer Slip สามารถใช้ได้กับเข็ม สำหรับผู้ป่วย หรือ IV Catheter ได้ทุกขนาด

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นชุดให้น้ำเกลือ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว
- 1.3.2 บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ชองในซองปราศจากเชื้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



- 8 มิ.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ชุดให้น้ำเกลือ

(IV Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชพร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง.....หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พรรณราย เปล่งแสงศรี)

- 8 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

19 มิ.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีอนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท ๐446.13/ 1002... ลง 13 ก.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรรณพิลาส หุดะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖

...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 173/37 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6520 - M - 63 - S - 6505

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แว่นตาป้องกันกระเด็นสำหรับงานทันตกรรม
(Anti - Fog Goggle)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นแว่นตาที่ออกแบบสำหรับป้องกันการกระเด็นของเลือด, น้ำลาย
เข้าตาทันตแพทย์ ทั้งจากทางด้านหน้า และด้านข้าง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค มีคุณลักษณะดังนี้

1.2.1 โครงกรอบของตัวแว่นทำด้วยพลาสติกนุ่ม ไม่กดขมับของผู้ใช้ จนเกิดอาการปวด และเป็นโครง
พลาสติกใส ส่วนของก้านแว่นที่อยู่ติดกับกรอบแว่นตาออกแบบแผ่นคลุมปิดด้านหน้าของดวงตา
ลักษณะโปร่งใส

1.2.2 เลนส์แว่นตามีลักษณะใส ไม่เกิดภาพขยายหรือหดเล็จากปกติเคลือบสารต่อต้านการเกิดฝ้า
(Anti - Fog)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ -

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างละ 2 ชุด
(ตัวจริง 1 ชุด)

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชพร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง.....นกก.ประจำ พบ./กรรมการ

(สิริวรรณ สมจินตนา)

พ.อ.....หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเถื่อน)

20 ส.ค. 2563

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แว่นตาป้องกันกระเด็นสำหรับงานทันตกรรม
(Anti - Fog Goggle)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)


พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิห)

28 ส.ค. 2563



สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรรณพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖

...../...../.....