

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การว สย พ. ที่ 293/31 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 61 - S - 0780

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เข็มฉีดยา แบบดีสโพเซเบิล

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นเข็มที่สามารถฉีดยา, น้ำยา, เลือด หรือสารละลายไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างปลอดภัย อย่างน้อยหนึ่งครั้ง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 ตัวเข็มฉีดยาเป็นท่อโลหะไร้สนิม เรียบ มีผนังบาง มีรูของเข็มขนาดเท่ากันโดยตลอด ตามมาตรฐานของแต่ละเบอร์
- 1.2.2 ส่วนปลายของเข็มมีลักษณะเรียวยาวไปตามตัวเข็ม
- 1.2.3 ปลายเข็มมีความคมสูง แหลม และไม่มีส่วนขรุขระหรือเป็นแบบ Regular Bevel
- 1.2.4 ตัวเข็มได้รับการเคลือบด้วยสารซิลิโคน เพื่อลดความเจ็บปวด และสะดวกหรือง่ายต่อการแทงผ่านผิวหนัง กล้ามเนื้อ และเส้นเลือด
- 1.2.5 ส่วน Hub ของเข็ม ซึ่งเป็นส่วนที่สำหรับสวมได้พอดีกับปลายกระบอกฉีดยาทุกแบบ (แบบ Slip, Econtric, Luer Lock), ใช้ได้ทั้งกระบอกฉีดยาพลาสติก, กระบอกแก้ว, ขุดให้น้ำเกลือ ขุดให้เลือดได้ทั่วไป ส่วน Hub นี้จะกำหนดสีไว้ตามขนาดเบอร์ของเข็ม
- 1.2.6 ตัวเข็มมีปลอกพลาสติกหุ้มอีกชั้นหนึ่ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 บนแผงบรรจุเข็ม บอกรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 - 1.3.1.1 ชื่อผู้ผลิต
 - 1.3.1.2 ขนาดของเข็ม
 - 1.3.1.3 Single use
 - 1.3.1.4 Hypodermic Needle
 - 1.3.1.5 Non-Toxic
 - 1.3.1.6 Lot-Control No
 - 1.3.1.7 Non-Pyrogenic
- 1.3.2 แผงบรรจุตั้งออกจากกันได้ง่าย (Reel Apart Blister Pack)
- 1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เข็มฉีดยา แบบดีสโพอเซเบิล

2. การบรรจุและหีบห่อ การบรรจุ บรรจุเป็นแผง เป็นกล่อง แผงบรรจุ ทำด้วยพลาสติกอย่างอ่อนที่ไม่ฉีกขาด
ง่ายติดกับกระดาดที่มีคุณสมบัติเหนียวพิเศษ
3. ข้อกำหนดอื่นๆ -
4. วิธีการตรวจสอบ ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือตัวอย่าง

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ.หญิง.....หน.ตอนช่างทั่วไป กคพ.พบ./

(วรุตตา ปุณฺณ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

5 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

14 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.ก.พบ.

ที่ กท 0446.13/..358.. ลง.16 ส.ค. 61

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรรณพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖

...../...../.....