

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 388/32 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 61 - S - 0777

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถู่มือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นถู่มืออย่างใช้สำหรับป้องกัน เชื้อโรคในห้องปฏิบัติการ เช่น เชื้อโรคเอดส์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นถู่มือทำด้วยยางดีบอย่างดี บาง เหนียว สวมใส่กระชับมือ ไม่ฉีกขาดง่าย ส่วนข้อมือเป็น ขอบนูน

1.2.2 เนื้อยางมีลักษณะขุ่นทึบแสง

1.2.3 เป็นถู่มือ ไม่มีรอยตะเข็บเย็บติดต่อกัน

1.2.4 ทนต่อสารละลาย เช่น แอลกอฮอล์ คีโตน

1.2.5 ทนความร้อน

1.2.6 ขนาดที่ใช้ เล็ก กลาง และใหญ่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ -


2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุในกล่องๆ ละ 100 อัน

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะการใช้งาน

/คณะกรรมการ...

[- 5 ส.ค. 2561

m.o. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ถุงมือตรวจโรค ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ.หญิง.....หน.ตอนช่างทั่วไป กคพ.พบ./

(วรุตตา ปุณฺณ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

๕ ๕ ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิม)

14 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 358 ลง 16 ส.ค. 61

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.

(พลยุทธ์ ทศนักร)

ประจำ ผว.ร.พ.ร.๖