

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 170/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6830 - M - 61 - S - 0588

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซไนตริกออกไซด์
(Nitric Oxide Gas)

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้สำหรับขยายเส้นเลือดแดงในปอด เพื่อให้เลือดได้รับออกซิเจนมากขึ้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สูตรทางเคมี คือ NO

1.2.2 เป็นก๊าซที่ผสมใน ก๊าซไนโตรเจน โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ 1000 ppm (+/- 2%)

1.2.3 เป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ และไม่มีพิษ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นก๊าซ บรรจุในท่อก๊าซทนความดันที่ได้รับรองมาตรฐานสากล

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุอยู่ในท่อมีสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ของก๊าซแต่ละท่อ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สินทรัพย์
พจน (๑๖๖๖๖๖๖๖)
พจน (๑๖๖๖๖๖๖๖)

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการ...
พ.อ. ๒๒


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ก๊าซไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide Gas)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.  ศัลยแพทย์ทรงอก รพ.ร.ร.6/

(ไข่ บุญศิริ)


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

- 9 พ.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..676 ลง 16 พ.ค.61..

พันเอก



(อริท สันตโช)

นพ. นพ.ป๋วย กอ. พ.บ. 6