

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 218/46 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 62 - S - 1542

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย
(Monofilament Non-Absorbable Suture)

หน่วยนับ ซอง/กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เย็บแผลและผูกเส้นเลือด, เนื้อเยื่อในการผ่าตัดทั่วไป

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจากสารสังเคราะห์ไนลอน (Nylon) หรือโพลีเอไมด์ (Polyamide) หรือโพลิโพรไพลีน (Polypropylene) หรือสารสังเคราะห์อื่น

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นวัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยว (Monofilament) ที่ไม่ละลาย (Non-Absorbable)

1.3.2 ขนาดของเส้น ความยาว และขนาดของเข็มผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.3 บรรจุซองละ 1 เส้น

1.3.4 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.



/คณะกรรมการ...

18 เมย 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุเย็บแผลชนิดเส้นเดี่ยวไม่ละลาย
(Monofilament Non-Absorbable Suture)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญขจร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(น้ำฝน วรรณศรีจันทร์)

18 เม.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต. ผทค.พบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.พบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ)

๕1 พ.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ใช้ได้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 594 ลง 13 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พร้อมพิลาศ พุ่มแก้ว)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖

...../...../.....