

ขอบเขตของงาน

การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เลขที่ ว. 267 / 66

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบประมาณรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ ตัวกรองเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น

- คุณลักษณะเฉพาะสายสป. สาย พ.ที่ 136/53(พบ.) รายการที่ ๑
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-5-2595

๓.๒ ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE BREATHING CIRCUIT) ความยาว 150 ซม.

- คุณลักษณะเฉพาะสายสป. สาย พ.ที่ 173/52(พบ.) รายการที่ 2
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-63-5-4680

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

๔.๑ มีเอกสารการทดสอบการกรองเชื้อโรคจากสถาบันสากล Nelson Lab/USA ทดสอบโดยเชื้อโรค

ขนาดอนุภาคไม่เกิน ๐.๐๒๗ ไมครอน (รายการในข้อ ๓.๑)

๔.๒ มีค่าความต้านทานการไหลของอากาศต่ำ ณ อัตราการไหลที่ ๓๐, ๖๐ และ ๙๐ ลิตร/นาที มีค่าไม่เกิน

๐.๙, ๒.๐ และ ๓.๕ มิลลิบาร์ และค่าความชื้นที่ให้กับผู้ป่วย (Moisture output) มีค่าไม่น้อยกว่า ๓๖.๘ (mg H₂O/L air) (รายการข้อ ๓.๑)

๔.๓ สามารถใช้ได้กับเด็กโตและผู้ใหญ่ ในช่วงของการตั้งค่าปริมาตรหายใจเข้า (Tidal volume) ได้ตั้งแต่

๓๐๐ - ๑,๕๐๐ มิลลิลิตร (รายการในข้อ ๓.๑)

๔.๔ ผลิตจากวัสดุปราศจากสาร PVC ได้แก่ โพลีเอทิลีน (PE) หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่าตามมาตรฐานสากล

(รายการในข้อ ๓.๒)

๔.๕ มีค่าการรั่วไหลของอากาศไม่เกิน ๕๐ มิลลิลิตรต่อนาที ที่ความดัน ๖๐ มิลลิบาร์ (รายการในข้อ ๓.๒)

๔.๖ มีค่าต้านทานการไหลของอากาศ ช่วงหายใจเข้า และหายใจออกมีค่าน้อยกว่า ๒ มิลลิบาร์ที่อัตราการ

ไหล ๖๐ ลิตร/นาที (รายการในข้อ ๓.๒)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก



พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา



พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตาม

เอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 2 รายการ เป็นเงิน 2,750,000 บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

พ.อ. น.ดิเรก วัฒนชัย ประธานกรรมการ
ร.อ. น.ดิเรก วัฒนชัย หัวหน้าโครงการ
ร.อ. น.ดิเรก วัฒนชัย หัวหน้าโครงการ