

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 1 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. กล่องบรรจุสารละลายไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 58%
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 064/59(พบ.) รายการที่ 1
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6525-M-59-S-0015

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมาที่หน่วยมีใช้งาน ยี่ห้อ STERRAD รุ่น 100S

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- ☒ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
- ☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 1 รายการ เป็นเงิน ๒,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

.....ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ