

①

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 597/48 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 63 - S - 3694

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Enteral Feeding Bag)

หน่วยนับ ถุง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้บรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวถุงผลิตจากพลาสติก Polyethylene (PE) มีความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาด มีรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถทนความร้อนได้ 80 องศาเซลเซียส

1.2.2 มีข้อต่อ (Filling Port) สำหรับบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมมีฝาปิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและจะไม่รั่วซึม

1.2.3 ปลายถุงมีข้อต่อชนิดเตี้ย (Step Connector) ทำจากพลาสติกชนิดแข็งสำหรับต่อเข้ากับสายให้อาหาร (Feeding Tube) พร้อมฝาครอบข้อต่อเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

1.2.4 หูสำหรับแขวนกับเสาน้ำเกลือ

1.2.5 ถุงผ่านการฆ่าเชื้อแบบ Ethylene Oxide Gas (ETO)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารกับผู้ป่วยแบบใช้ครั้งเดียว

1.3.2 มีขีดบอกปริมาตรขนาดบรรจุ 500 ml

1.3.3 มีกรอบระบุวันที่ ชื่อ หอผู้ป่วย กำหนดพลังงาน และจำนวน ml ที่ให้อาหารต่อถุง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



- 3 ส.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Enteral Feeding Bag)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเลื่อน)

- 3 ส.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพ)

13 ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... 7238 ลง 27 ส.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง

(วรารณ สิริธิเวช)

นท.รพ.ร.ร.๖

.....

๕ - ๕

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 234/50 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 63 - S - 2682

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสำหรับต่อถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Nultriline)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับต่อกับถุงบรรจุอาหารเหลวทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วย

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นวัสดุที่ทำจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 ปลายสายมีข้อต่อพร้อมฝาปิดสำหรับใช้ร่วมกับข้อต่อชนิดเดียว (Step Connector) ของถุงอาหาร

1.2.3 มีตัวปรับควบคุมการไหลของอาหารทางสายให้อาหารได้

1.2.4 ปลายสายมีข้อต่อชนิดเดียว (Step Connector) พร้อมฝาครอบป้องกันสิ่งปนเปื้อนสามารถต่อเข้ากับสายให้อาหารได้ (Feeding Tube)

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ตัวสายต่อกับถุงบรรจุอาหารเหลวมีความยืดหยุ่นเป็นวัสดุที่ทำมาจากพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ไม่พับงอ มีลักษณะเป็นตัวสายที่ใสสามารถมองเห็นอาหารชัดเจน มีความยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม. ปลายสายมีข้อต่อพร้อมฝาปิดใช้ร่วมกับข้อต่อชนิดเดียวและมีตัวปรับควบคุมการไหลของอาหารทางสาย

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถใช้งานได้ทันที

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สายสำหรับต่อถุงบรรจุอาหารทางสายให้อาหารชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Nutriline)


คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง..........นปก.ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(สิริวรรณ สมจินตนา)

18 มี.ค. 2563


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ


(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

25 มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กท 0446.13/477 ลง 8 เม.ย. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.หญิง



(วรรณวรรณ สิทธิเวช)

นกด./รพ.รร.๖

๙๗/พ.๖/๖๓