

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 060/50

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6515 - M - 60 - P - 0983

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
(Electrical Bed for Gynaecology)

หน่วยนับ เตียง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้เป็นเตียงตรวจผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรม สามารถปรับระดับและท่าต่างๆ ของเตียงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม
 - 1.2.2 เตียงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
 - 1.2.2.1 ส่วนรองศีรษะและแผ่นหลัง
 - 1.2.2.2 ส่วนรอนั่ง
 - 1.2.2.3 ส่วนรองรับช่วงขา
 - 1.2.3 เตียงมีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และมีความยาวถึงส่วนรอนั่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร
 - 1.2.4 สามารถปรับระดับสูงต่ำและปรับท่าต่างๆ โดยใช้ Footswitch หรือ Handswitch ได้ ดังนี้
 - 1.2.4.1 ปรับระดับของเตียงลงต่ำสุดได้ถึง 70 เซนติเมตร หรือต่ำกว่า และปรับระดับขึ้นสูงสุดได้ถึง 90 เซนติเมตรหรือสูงกว่า
 - 1.2.4.2 ส่วนรองศีรษะและแผ่นหลังสามารถปรับมุมองศาต่ำลงได้อย่างน้อย 10 องศา และสูงขึ้นได้อย่างน้อย 70 องศา
 - 1.2.4.3 ส่วนรองรับช่วงขาสามารถปรับขึ้นลง และ/หรือ ถอดออกได้
 - 1.2.4.4 สามารถปรับหัวเตียงต่ำ ปลายเตียงสูง (Trendelenberg) ได้อย่างน้อย 15 องศา
 - 1.2.5 ใต้ส่วนรอนั่งมีถาดสำหรับรองรับของเสียชนิดถอดออกได้
 - 1.2.6 ฐานเตียงมีล้ออย่างน้อย 4 ล้อ สามารถล็อกได้ 2 ล้อ
 - 1.2.7 มีแบตเตอรี่สำรองไฟขนาด 24 โวลต์ สามารถชาร์จไฟได้โดยใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
 - 1.2.8 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
- 1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ
 - 1.3.1 เป็นเตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมสามารถปรับระดับสูงต่ำ และปรับการจัดท่าต่างๆ ได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีแบตเตอรี่สำรองไฟขนาด 24 โวลต์

/1.3.2 มีอุปกรณ์...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
(Electrical Bed for Gynaecology)

1.3.2 มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานอย่างน้อย ดังนี้

- | | | |
|---------|--|-------|
| 1.3.2.1 | ถาดสำหรับใส่ของเสีย | 1 ใบ |
| 1.3.2.2 | ที่วางขา (Leg Support) | 1 คู่ |
| 1.3.2.3 | ที่วางแขน (Arm Support) | 1 คู่ |
| 1.3.2.4 | อุปกรณ์ควบคุมการทำงานชนิด Handswitch หรือ Footswitch | 1 ชุด |

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานที่ผลิต ไม่เคยใช้มาก่อนและไม่เก่าเก็บ
- 3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล
- 3.3 มีหนังสือคู่มือการใช้งานและปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)
- 3.4 มีเครื่องหมายถาวรของบริษัท แสดงชื่อ ที่อยู่ และโทรศัพท์ (สติกเกอร์) ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแคตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

14 ก.ค. 2560

พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เตียงตรวจทางสูตินรีเวชกรรมชนิดควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
(Electrical Bed for Gynaecology)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง สูตินรีแพทย์ รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุทธิดา อินทรบุรินทร์)

14 ก.ค. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(กุศทินันท์ บุรณะวิทย์)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ณรงค์ น้อยนารถ)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

20 ก.ค. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อบรมให้ใช้
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออก
เมื่อ กท 0404/10934 ลง 29 ส.ค. 60

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง จอมขวัญ แสงบัวแก้ว

จอมขวัญ แสงบัวแก้ว