

ขอบเขตของงาน

ประกอบการจัดซื้อ ยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง (Dental Master unit run by Central Supply Compressed Air) และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง จำนวน ๔ รายการ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบเงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหา ยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง (Dental Master unit run by Central Supply Compressed Air) และสิ่งอุปกรณ์ซึ่งประกอบในชุดยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง จำนวน ๔ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๑๑ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการที่ ๑ ยูนิตทันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง (Dental Master unit run by Central Supply Compressed Air) จำนวน ๑ ชุด

- หมายเลข คณ. ๖๕๒๐-M-๖๒-P-๑๓๙๘ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ พ. ที่ ๐๔๔/๔๘)

๔.๒ รายการที่ ๒ หัวกรอความเร็วต่ำ (Micromotor) ชนิดตรง (Straight Handpiece)

ประกอบ ยูนิททันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง จำนวน ๑๐ หัว

- หมายเลข คณ. ๖๕๒๐-M-๖๒-P-๑๓๙๘ เฉพาะข้อ ๑.๒.๓.๒.๒

(คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๔๔/๔๘ เฉพาะข้อ ๑.๒.๓.๒.๒)

๔.๓ รายการที่ ๓ หัวกรอความเร็วสูง (Airotor) ยกเว้นข้อ ๑.๒.๓.๑.๔ ข้อต่อ (Coupling)

ประกอบ ยูนิททันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง จำนวน ๒๖ หัว

- หมายเลข คณ. ๖๕๒๐-M-๖๒-P-๑๓๙๘ เฉพาะข้อ ๑.๒.๓.๑ และยกเว้นข้อ ๑.๒.๓.๑.๔

(คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๔๔/๔๘ เฉพาะข้อ ๑.๒.๓.๑ และยกเว้นข้อ ๑.๒.๓.๑.๔)

๔.๔ รายการที่ ๔ หัวกรอความเร็วต่ำ (Micromotor) ชนิดหักมุม (Contra Angle Handpiece)

ประกอบ ยูนิททันตกรรมชนิดใช้งานร่วมกับระบบท่ออัดลมกลาง จำนวน ๒๖ หัว

- หมายเลข คณ. ๖๕๒๐-M-๖๒-P-๑๓๙๘ เฉพาะข้อ ๑.๒.๓.๒.๒

(คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๔๔/๔๘ เฉพาะข้อ ๑.๒.๓.๒.๒)

๔.๕ รายการที่ ๑ - ๔ (ข้อ ๔.๑ - ๔.๔) จะต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ รายการที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๒ รายการที่ ๒ จำนวน ๑๐ หัว รวมเป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาหัวละ ๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท)

๗.๓ รายการที่ ๓ จำนวน ๒๖ หัว รวมเป็นเงิน ๗๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาหัวละ ๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๗.๔ รายการที่ ๔ จำนวน ๒๖ หัว รวมเป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาหัวละ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

รวม ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๘๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคารวมต่ำสุด)

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

๙.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องเข้ามาดำเนินการทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน

๑๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๐.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้า ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับการอนุญาตนั้นด้วย หรือ

๑๐.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เสนอราคาในครั้งนี้ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๑๐.๓ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๑๐.๔ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๕ เอกสารตาม ข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๔ ให้ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาในครั้งนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ
(วิจารณ์ วิเชียรโชติ)

พ.อ.หญิง.....กรรมการ
(บุตรี กุลประดิษฐ์)

พ.ท.....กรรมการ
(วสวัตดี มัชฌิมาทศน์)