

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 193/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 62 - S - 1428

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดคอมบิ แร็ค
(Combi Rack Kit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการชุด-ปล่อย น้ำยาและตัวอย่างตรวจของเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค มีอายุการใช้งานตามข้างกล่องที่ระบุไว้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นคาร์บอนทึบ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนระหว่างสิ่งส่งตรวจ

1.3.2 มีถ้วยสำหรับทำปฏิกิริยารวมกับคาร์บอนทึบในกล่องเดียวกัน

1.3.3 สามารถใช้กับเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ Cobas ที่หน่วยงานมีอยู่ได้


2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อชุดน้ำยา, Lot No. และวันหมดอายุทุกชุดน้ำยา

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันส่งมอบของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ. 
สำเนาถูกต้อง


/คณะกรรมการ...


14 ก.พ. 2562


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดคอมบี แร็ค
(Combi Rack Kit)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณชทร ทิพย์วงศ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ.......... ทน.รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(ทรงศักดิ์ ศรีจินดา)

14 ก.พ. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.......... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.......... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.......... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

28 ก.พ. 2562



สำเนาถูกต้อง

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวค.ทบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 13 มี.ค. 62