

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 056/40

หมายเลข คณ. 6530 - M - 63 - P - 0813

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติงตรวจและให้การรักษายาบาล

หน่วยนับ เติง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเติงตรวจโรคและให้การรักษายาบาล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ฐานเติงเป็นรูปสี่เหลี่ยม

1.2.2 พื้นเติงเป็นเบาะยาวไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แบ่งเป็นส่วนรองรับศีรษะและหลัง และส่วนรองรับสะโพกและขา

1.2.3 ปรับเลื่อนได้ดังนี้

1.2.3.1 ปรับส่วนสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตซ์เท้า

1.2.3.1 ปรับเลื่อนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร

1.2.3.2 ปรับเลื่อนต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร

1.2.3.2 ปรับยกส่วนรองรับศีรษะและหลังด้วยมือ ได้ไม่น้อยกว่า 65 องศา

1.2.4 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเติงสำหรับตรวจโรคและให้การรักษายาบาล โครงสร้างเป็นหลักเคลือบสี

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายถาวร หรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่อง
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



13 เม.ย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติียงตรวจและให้การรักษาพยาบาล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺณชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง..... นปก. ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สิริวรรณ สมจินตนา)

13 W. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. กัน ใจ ผตค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุปิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

28 W8 2562

สำเนาถูกต้อง

Mauro Brown 10/25/2020

๑๖๐ บาท **รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ใช้ได้ฟรี

คณอนุวัติ สอนหนังสือแก่นักเรียนที่โรงเรียน

Tài liệu 0404... 1983... B.A.63