

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 542/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2991

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ
(Red - Dot)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ประกอบในการตรวจวัดคลื่นหัวใจ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นกลมมีขั้วเป็นโลหะหนึ่งด้านติดกับเครื่องวัดคลื่นหัวใจและเป็นเจลด้านหนึ่งในอันเดียวกัน
มีขอบรอบเป็นกาวเหนียวติดที่ร่างกาย

1.2.2 สามารถเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง

1.2.3 ขนาด และรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าจากร่างกายเข้าเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.

- 8 มิ.ย. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

แผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ

(Red - Dot)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.หญิง.....หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(พรรณราย เปล่งแสงศรี)

- 8 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

19 มิ.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/1002... ลง 13 มิ.ย. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรรณพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.ร.๖

...../...../.....