

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้อยู่ โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 3 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

1. สายส่งเลือดและสารละลายของเครื่องไตเทียม สำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ชนิดใช้สำหรับ ผู้ใหญ่ (CRRT SET)
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 376/44(พบ.) รายการที่ 1
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1147
2. ตัวกรองไตเทียมแบบประสิทธิภาพสูง ชนิดเนื้อเยื่อกรองทำจาก POLYETHERSULFONE มีค่าสัมประสิทธิ์การดักน้ำ(KUF) 6120 มล./ชม./100มม.ปรอท
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 068/44(พบ.) ยกเว้นข้อ 1.3.2 รายการที่ 2
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-1142 ยกเว้นข้อ 1.3.2
3. น้ำยาไตเทียมสำหรับการฟอกเลือดต่อเนื่อง ขนาดบรรจุ 5,000 มล.
 - คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 124/53(พบ.) รายการที่ 3
 - หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6850-M-62-S-0541

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

.....

.....

.....

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

☒ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

☐ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 3 รายการ เป็นเงิน ๙,๖๑๗,๘๔๖.๐๐ บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

พ.ต.หญิง สุมาลี เกตุวงษ์ ประธานกรรมการ

ร.อ.หญิง ทักษิณี ภักดิ์หาญ กรรมการ

ร.อ.หญิง ปัทมา สอนประเสริฐ กรรมการ