

## ขอบเขตของงาน

ประกอบกรเข้า เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพต่อเนื่อง  
ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุน ๑ รอบ

### ๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการเช่าสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย โดยใช้งบเงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการเช่าครั้งนี้เป็นการเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ชนิดสร้างภาพต่อเนื่องได้ ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุน ๑ รอบ สำหรับใช้ตรวจรักษาผู้ป่วย ณ อาคารรังสีรักษาฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านรังสีกรรม จำนวน ๑ ชุด

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices

ต่อการหมุน ๑ รอบ, จำนวน ๑ ชุด

- หมายเลข คณ. ๖๕๒๕-M-๖๒-P-๐๘๓๘ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. เลขที่ ๐๑๖/๕๗ ยกเว้นข้อ ๑.๓.๓, ๑.๓.๘.๑, ๑.๓.๘.๓, ๑.๓.๘.๘ - ๑.๓.๘.๑๓ และข้อ ๓.๔)

๔.๒ รายละเอียดประกอบการเช่า (ผนวก ก.)

### ๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - พฤศจิกายน ๒๕๖๕

### ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๗. วงเงินในการเช่า

๗.๑ วงเงินในการเช่า จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลา ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๙,๘๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท

๗.๒ การจ่ายค่าเช่าจะจ่ายเป็นรายเดือน โดยคำนวณตามจำนวนผู้ที่มารับการตรวจ (ตามรายละเอียดประกอบการเช่า) สำหรับประมาณการจำนวนการตรวจแต่ละรายการที่ระบุไว้ในรายละเอียดประกอบการเช่า (ผนวก ก.) ข้อ ๓. เป็นจำนวนโดยประมาณภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความจำเป็นในการใช้งาน

## ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

๘.๑ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘.๒ โดยให้แสดงค่าเช่าแต่ละส่วน(รายการ) ประกอบด้วย ซึ่งแต่ละส่วน(รายการ) ต้องไม่เกินที่ระบุไว้ใน รายละเอียดประกอบการเช่า (ผนวก ก.) ข้อ ๓. , ข้อ ๔ และ ข้อ ๕

## ๙. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๙.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า เครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้า ผู้เสนอราคา จะต้อง มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย หรือ

๙.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่เสนอราคาในครั้งนั้นที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้เสนอราคาจะต้อง มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๙.๓ อาคารสถานที่ : ผู้เสนอราคาจะต้องปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมสำหรับการติดตั้งและการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดสร้างภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ Slices ต่อการหมุน ๑ รอบ ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยผ่านการเห็นชอบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และในห้องที่ติดตั้งเครื่อง จะต้อง มีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อย ดังนี้

๙.๓.๑ มีชุดคอมพิวเตอร์ (Workstation) สำหรับวิเคราะห์ภาพการฉายรังสี จำนวน ๑ ชุด

๙.๓.๒ มีเครื่องฉีดสารทึบรังสี “Single Head” สำหรับห้องตรวจ จำนวน ๑ ชุด

๙.๓.๓ มีกล้องวงจรปิดสำหรับห้องตรวจ จำนวน ๑ ชุด

๙.๓.๔ มีเสื้อตะกั่วสำหรับห้องตรวจ จำนวน ๒ ชุด

๙.๓.๕ มีที่วัดอุณหภูมิและความชื้นสำหรับห้องตรวจ จำนวน ๒ ชุด

๙.๓.๖ มีเครื่องดูดความชื้นสำหรับห้องตรวจ จำนวน ๒ ชุด

๙.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งเครื่องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่คิดมูลค่า

๙.๕ การติดตั้ง, การดูแลระหว่างการเช่า และการรับประกันผลงาน ตามรายละเอียดประกอบการเช่า (ผนวก ก.) ข้อ ๑, ที่แนบท้ายขอบเขตของงานฉบับนี้

๙.๖ เอกสารตาม ข้อ ๙.๑ - ๙.๒ ให้ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาในครั้งนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ท.หญิง..... สพิจา วงษ์พล .....ประธานกรรมการ  
( สุพิชา วงษ์พล )

ร.ท.หญิง..... สุกานัน เมฆนิติกุล .....กรรมการ  
( สิตานัน เมฆนิติกุล )

ร.ต.หญิง..... จุฑามาศ กาศเกษม .....กรรมการ  
( จุฑามาศ กาศเกษม )