

รายละเอียดประกอบการเช่า

เครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบายเดี่ยวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา

ข้อกำหนดที่ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบในการให้เช่าเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบายเดี่ยวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา

1. การติดตั้ง

1.1 การติดตั้งเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบายเดี่ยวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา ต้องทำโดยช่างหรือวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตและควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของผู้ให้เช่าโดยผู้ให้เช่าจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

1.2 ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ในหน่วยสำหรับการตรวจ โดยเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบายเดี่ยวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา

1.3 มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา/วงจรของเครื่องต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด

1.4 ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและเครื่องมือของทางราชการในการติดตั้งผู้ให้เช่าต้องแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม และผู้ให้เช่าจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

2. การดูแลระหว่างการเช่า

2.1 ค่าใช้จ่ายต่อไปนี้เป็นรายการที่ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

2.1.1 ค่าใช้จ่ายของเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบายเดี่ยวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา

2.1.1.1 ค่าลงทุนครุภัณฑ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์สำนักงาน , เครื่องคอมพิวเตอร์

2.1.1.2 ค่าปรับปรุงห้องสำหรับวางเครื่องที่เช่าเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบายเดี่ยวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษา

2.2 ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขพร้อมอะไหล่ตลอดระยะเวลาเช่า 12 เดือน

2.3 ในช่วงเวลาการเช่าผู้ให้เช่าต้องส่งช่างหรือวิศวกรที่มีความชำนาญมาทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องให้ตรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของช่างว่าผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิต

2.4 ผู้ให้เช่าต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาทำการสอนเจ้าหน้าที่นักเทคโนโลยีหัวใจเกี่ยวกับการใช้เครื่อง จนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคนิคการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อการวินิจฉัยแก่แพทย์ และฝึกอบรมทางด้านเทคนิคระดับสูงในการใช้เครื่องแก่เจ้าหน้าที่นักเทคโนโลยีหัวใจ

2.5 ถ้าเครื่องขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ให้เช่าต้องส่งช่างผู้ที่มีความรู้ความชำนาญจัดการแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม โดยต้องมาแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง

3. การรับประกันผลงาน

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ให้การบำรุงรักษา เครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบบเดียวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ด้อยู่เสมอ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญ และมีฝีมือมาตรวจสอบบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องที่ให้เช่า ตลอดอายุสัญญาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากเครื่องเกิดชำรุดหรือขัดข้องเนื่องจากใช้งานตามปกติ ผู้ให้เช่าจะส่งช่างมาทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าหรือเจ้าหน้าที่ของผู้เช่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้เช่าทั้งสิ้น ไม่ว่าการซ่อมแซมแก้ไขจะกระทำในเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุที่ผู้ให้เช่า หรือช่างของผู้ให้เช่าไม่สามารถซ่อมแซมเครื่องให้ใช้งานได้ตามปกติ จนเป็นเหตุทำให้ผู้เช่าไม่สามารถใช้เครื่องบริการผู้ป่วยได้เป็นเวลาเกิน 2 เดือน ติดต่อกัน ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ให้เช่า หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายจนทำให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถทำงานให้เสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคสองให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไป โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้การขอขยายเวลาทำงานตามวรรคสอง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีที่เครื่องขัดข้องใช้การไม่ได้ตามปกติและผู้เช่าเห็นว่าไม่อาจซ่อมแซมแก้ไขได้ ให้ผู้เช่าแจ้งผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร และให้หาเครื่องที่มีคุณภาพ และความสามารถในการใช้งานไม่ต่ำกว่าของเดิมมาให้ผู้เช่าใช้แทนภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาเครื่องดังกล่าวมาให้ผู้เช่าใช้งานแทนได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้ผู้เช่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาเช่าในสัญญา นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดดังกล่าว จนกว่าผู้ให้เช่าจะดำเนินการจัดหาเครื่องใหม่มาใช้แทนเครื่องเก่าได้เรียบร้อย หรือจนกว่าผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาเครื่องแทนได้และบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ผู้เช่าไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างเวลาที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้เครื่องตามสัญญานี้ได้ นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้จัดหาเครื่องอื่นให้ผู้เช่าใช้แทนจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าดำเนินการดังกล่าวเสร็จหรือจนกว่าผู้เช่าบอกเลิกสัญญาแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ในระหว่างที่เครื่องใช้งานไม่ได้ ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการให้ผู้ป่วยได้รับบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแบบระบบเดียวพร้อมเครื่องแสดงข้อมูลด้านไฟฟ้า และการไหลเวียนของระบบหัวใจและระบบเก็บข้อมูลผลการตรวจรักษาตามอัตราค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งปวงในการดำเนินการดังกล่าว

ผู้ให้เช่าต้องรับผิดชอบปรับปรุงโปรแกรมหรือ software ใหม่ๆ (Update Program/Software) พร้อม Hardware ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และต้องทำการ Update ภายใน 90 วัน เมื่อมีโปรแกรมหรือ software ออกสู่ท้องตลาดโดยไม่คิดมูลค่า ตลอดระยะเวลาการเช่า

4. การเชื่อมต่อเครื่องกับระบบสารสนเทศและระบบPACSของโรงพยาบาล

ผู้ให้เช่าต้องดำเนินการเชื่อมต่อเครื่องกับระบบสารสนเทศและระบบ PACS ของโรงพยาบาลได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 สามารถเชื่อมต่อรับส่งข้อมูลกับ PACS ของทางโรงพยาบาล และทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งชนิด Wired และ Wireless ได้โดยสนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน DICOM ที่รองรับทุกการใช้งาน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง

4.2 รองรับมาตรฐานของ DICOM 3.0 ได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสามารถรับส่งข้อมูลกับระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ผ่านเครือข่ายของโรงพยาบาลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังนี้

- DICOM Storage หรือ DICOM send
- DICOM Verification หรือ DICOM Export Targets
- DICOM Print
- DICOM Storage Commitment
- DICOM Multi Frame (Network Transfer)
- DICOM MWM (Modality Worklist Management) หรือ DICOM worklist
- DICOM Query/Retrieve
- DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step)


4.3 ในกรณีที่โรงพยาบาล มีระบบงานที่ใช้สำหรับการจัดเก็บข้อมูลภาพจากเครื่องตรวจนอกเหนือจาก PACS เช่น (VNA) บริษัทต้องจัดหาวิศวกรหรือช่างประจำเครื่องตรวจ เข้ามาร่วมทำการเชื่อมต่อระบบกับทีมงานสารสนเทศของโรงพยาบาลหรือทีมงานผู้ดูแลระบบนั้นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในภายหลัง

5. การจ่ายค่าเช่า

ผู้เช่าจะจ่ายเงินค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน ให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นระยะเวลา 12 เดือน.

ตรวจถูกต้อง

พ.อ..........ประธานกรรมการ
(ปรีชา เอื้อโรจน์อังกูร)

พ.ต..........กรรมการ
(สุภาวิณี รัตนนาโถ)

พ.ต.หญิง..........กรรมการ
(สุชาดา วงษ์สอาด)