

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 025/50

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - P - **0582**

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดดูดเสมหะ
(Suction Set),

หน่วยนับ ชุด.

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการดูดเสมหะหรือของเหลว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายดูดเสมหะ (Suction Tube) จำนวน 1 เส้น,

1.2.1.1 ผลิตจากพลาสติก พีวีซี ชนิดที่ใช้ในการแพทย์

1.2.1.2 เป็นท่อพลาสติกใสสามารถมองเห็นของเหลวไหลผ่านได้,

1.2.1.3 ความยาวของสายดูดเสมหะมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม.

1.2.1.4 ปลายสายมนและเรียบไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกาย

1.2.1.5 มีรูเปิดด้านข้างเรียงสลับกันเป็นระยะๆ จากปลาย

1.2.2 ถุงมือยาง (Glove) จำนวน 1 ข้าง,

1.2.2.1 เป็นถุงมือยางอย่างดีที่ทำจากยางธรรมชาติ

1.2.2.2 เนื้อบางและเหนียว สวมใส่กระชับมือ ไม่ฉีกขาดง่าย,

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 ชุดดูดเสมหะ ประกอบด้วยสายดูดเสมหะทรงกลมใสทำจากพลาสติกมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. ปลายสายมนและเรียบ มีรูเปิดด้านข้างสลับกันเป็นระยะๆ จากปลายและมีถุงมือยางสำหรับจับสายเวลาดูดเสมหะ,

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว,

1.3.3 สายมีหลายขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 บรรจุรวมในซองพลาสติกชนิดที่มีความเหนียวและทนทานต่อการฉีกขาดหรือซองปราศจากเชื้อ (Peel Pack) ชนิดใช้ครั้งเดียว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 บรรจุภัณฑ์มีข้อความที่ทำให้ปราศจากเชื้อหรือ Sterile แล้ว

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน


/คณะกรรมการ...


พ.อ.


28 ธ.ค. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดดูดเสมหะ
(Suction Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณชทร ทิพย์วงษ์)


พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ.หญิง  ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สิริวรรณ สมจินตนา)

28 ต.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิห)

- 8 พ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ศบ.ทบ.ที่ฉบับที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/25845 ลง 20 ต.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ว.ก. 
(พลยุทธ์ ทศนักษ์)
ประจำ ผวภ.รพ.ร.๖