

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 170/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6830 - M - 61 - S - 0588

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ก๊าซไนตริกออกไซด์
(Nitric Oxide Gas)

หน่วยนับ ท่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นก๊าซที่ใช้สำหรับขยายเส้นเลือดแดงในปอด เพื่อให้เลือดได้รับออกซิเจนมากขึ้น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สูตรทางเคมี คือ NO

1.2.2 เป็นก๊าซที่ผสมใน ก๊าซไนโตรเจน โดยมีสัดส่วนความเข้มข้นของก๊าซไนตริกออกไซด์ 1000 ppm (+/- 2%)

1.2.3 เป็นก๊าซที่ไม่ติดไฟ และไม่มีพิษ


1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นก๊าซ บรรจุในท่อก๊าซทนความดันที่ได้รับรองมาตรฐานสากล

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุอยู่ในท่อมีสีและสัญลักษณ์ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ของก๊าซแต่ละท่อ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการ...
ว.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ก๊าซไนตริกออกไซด์ (Nitric Oxide Gas)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ. ศัลยแพทย์ทรวงอก รพ.ร.ร.6/

(ไม้ บุญศิริ)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

24 เม.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจียมทอง)


พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

- 9 พค. 2561



สำนักงาน

พท.นร.

Carin ...

คุณ ...