

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 514/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6510 - M - 61 - S - 0755

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สำลึบริสุทธิ

หน่วยนับ ห่อ

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นสำลึบริสุทธิสำหรับการรักษาพยาบาล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสำลึบริสุทธิป่นจากฝ้ายแท้ 100% ไม่มีเมล็ดฝ้ายหรือใยสังเคราะห์เจือปน

1.2.2 มีสีขาว

1.2.3 บรรจุ 15 กรัม หรือ 30 กรัม หรือมากกว่า สามารถคลี่ออกได้เป็นแผ่นๆ

1.2.4 บรรจุในห่อพลาสติกไม่มีสี ผนึกสนิท (seal) เพื่อกันน้ำได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นสำลึแผ่นตัดใช้ในการรักษาพยาบาล

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ น้ำหนักบรรจุห่อจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สำลีสืบสุทธิ

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชพร ทพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ.หญิง.....หน.ตอนช่างทั่วไป กคพ.พบ./

(วรุตตา ปุณณณี)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

5-5 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

14 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อ่อนมิติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กท.พบ.

ที่ กท 0446.13/ 358 ลง 16 ส.ค. 61

สำเนาถูกต้อง

(พลยุทธ์ ทศนักร)

ประจำ ผวภ.รพ.รร.๖