

ร่างขอบเขตของงาน
การจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เลขที่ ว. ๒๒๘/๖๖

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้งบประมาณรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๓.๑ กระเปาะทดสอบสำหรับตรวจน้ำตาลในเลือด

- คุณลักษณะเฉพาะสป.สาย พ. ที่ ๔๐๘/๔๕ (พบ.) ข้อ ๑.๓.๓ รายการที่ ๑

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการตามข้อ ๓.)

๔.๑ มีระบบความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในเรื่องการป้องกันการสัมผัสเลือดโดยตรง ในการใช้งานแต่ละครั้ง (จากสเปค ข้อ ๑.๓ ในข้อย่อยที่ ๑.๓.๓)

๔.๒ กระเปาะทดสอบแต่ละอัน ต้องแยกบรรจุเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและสัมผัสความชื้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการแปลผลจากการตรวจ และมีวันหมดอายุระบุที่บนกระเปาะตรวจในแต่ละอัน (จากสเปค ข้อ ๑.๓.๓)

๔.๓ เครื่องเจาะเลือด/เข็มเจาะเลือด มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้เจาะ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการโดนเข็มทิ่มตำ (จากสเปค ข้อ ๑.๓ ในข้อย่อยที่ ๑.๓.๒)

๔.๔ การบริการหลังการขาย มีการสอบเทียบค่าการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุก ๓ เดือน และมีอะไหล่ทดแทนเมื่อตัวเครื่องชำรุดเสียหาย

๔.๕ มีใช้งานในโรงพยาบาลอย่างน้อย ๕ แห่ง

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

☒ พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

☐ พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองานให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย

ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อจะขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๙๖๘,๔๓๘.๐๐ บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องสนับสนุนเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด โดยกระเปาะตรวจที่มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ ๔๐๘/๔๕ (พบ.) ให้กับโรงพยาบาลจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เครื่อง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พ.ท.หญิง ประธานกรรมการ
ร.อ.หญิงทศิณี กรรมการ
ร.อ.หญิง สหิณี กรรมการ