

## ขอบเขตของงาน

### ประกอบการจัดซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ (Colposcopy Unit with Video Camera System)

#### ๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหา ชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ (Colposcopy Unit with Video Camera System) จำนวน ๑ ชุด

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

#### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๐ เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๓.๑๑ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

#### ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ ชุดกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ (Colposcopy Unit with Video Camera System) จำนวน ๑ ชุด

- หมายเลข คณ. ๖๕๑๕-M-๖๓-P-๐๐๔๙ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒)

๔.๒ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๑.๓

๔.๒.๑ จอภาพแบบ LED หรือ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) (ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๑.๓.๔)

- หมายเลข คณ. ๗๔๔๐-S-๖๔-T-๐๐๒๑ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๖๑)

๔.๒.๒ ระบบฐานข้อมูลและบันทึกภาพ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานประมวลผล แบบที่ ๒ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

(ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๑.๓.๕)

- หมายเลข คณ. ๗๔๔๐-S-๖๔-T-๐๐๗๑ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๘) พร้อมจอภาพชนิด LCD หรือ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ Pixels (ตามคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๑.๒.๕.๑.๔)

๔.๒.๓ เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
(ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๑.๓.๖)  
- หมายเลข คณ. ๗๔๔๐-S-๖๔-T-๐๑๐๘ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๔๘)

๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๓

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  
(ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ ๐๕๖/๖๒ ข้อ ๓.๑)
- หมายเลข คณ. ๗๔๔๐-S-๖๔-T-๐๑๒๓ (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์  
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๖๓)

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

#### ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

#### ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา ( พิจารณาราคาต่ำสุด )

#### ๙. ระยะเวลาการรับประกัน

๙.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกัน  
ความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หาก  
เกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  
ความชำรุดบกพร่อง

๙.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องเข้ามา  
ดำเนินการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องเข้ามาดำเนินการทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลารับประกัน

#### ๑๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๐.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการ  
นำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติ  
เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้า ผู้เสนอ  
ราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับการอนุญาตนั้นด้วย หรือ

๑๐.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือ  
แพทย์ที่เสนอราคาในครั้งนี้อยู่และไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้เสนอราคา  
จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๑๐.๓ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๑๐.๔ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๕ เอกสารตาม ข้อ ๑๐.๑ – ๑๐.๔ ให้ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาในครั้งนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.อ.....ประธานกรรมการ  
( เพิ่มศักดิ์ สุเมษศรี )

พ.อ.หญิง.....กรรมการ  
( ปรีศนา พานิชกุล )

พ.อ.หญิง.....กรรมการ  
( พนิดา จารุเวช )