

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 581/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 62 - S - 1529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้รักษาสภาพตะกอนปัสสาวะและใช้ควบคุมการไหลของตะกอนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจนับปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่เป็นกลาง (Isotonic Solution) มีสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา

1.2.2 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะโดยอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ด้านควบคุมห้อง

ร.ท.อ. น.อ.อ. จันทนา

/คณะกรรมการ...

7 ส.ค. 2562


พ.อ.




ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญชกร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/
(ณัฐวดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/547 ลง 9.พ.ค.62

ดำเนินการถูกต้อง

ร.ท.อ. น.อ. น.อ. น.อ.

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 580/48 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6550 - M - 62 - S - 1528

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyzer Control)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นน้ำยาควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ ใช้ตรวจวัดสภาพการทำงานของเครื่อง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาประกอบด้วย Negative Control, Positive Control, Focus Control

1.2.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาที่ใช้ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.สุ ฤทธิ จิตหาญ

/คุณธรรมการ...


7 ส.ค. 2562


พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyzer Control)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณชทร ทิพย์วงศ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/
(ณัฐดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิพ)

21 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/...547 ลง...2 พ.ค.62

อ.ท.อ. ณัฐดี ทิมทอง

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาสอบเทียบเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser Cahbrator)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญชรร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง.....เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ณัฐวดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/.....ลง 2 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.สุ ตรีวงศ์ ทำเรื่อง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 583/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 62 - S - 1531

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser System Cleanser)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นน้ำยาล้างคราบสกปรกในส่วนต่างๆของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วยสาร Sodium Hypochlorite

1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาล้างคราบสกปรกในส่วนต่างๆของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ผ่านแล้วถูกต้อง

ร.ท.อ. ตรีวิทย์ ภิรมย์


/คณะกรรมการ...


7 ส.ค. 2562


พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser System Cleanser)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปญชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ณัฐดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/.....547.....ลง. 2 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ร.ท. ๘ ๗๖๖๖ จิลกะ

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 582/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 62 - S - 1530

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser Washing Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นน้ำยาไล่น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วยสาร 2-Phenoxyethanol

1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาที่ใช้ไล่น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ดำเนินการถูกต้อง

ศ.ท.อ. ธีรวัฒน์ หิมาวงษ์

/คณะกรรมการ...

7 ส.ค. 2562

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

(Automated Urine Sediment Analyser Washing Reagent)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง.....เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/

(ณัฐวดี ทิมทอง)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 547 ลง 2 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ร/ท.ณ ณัฐวดี ทิมทอง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 587/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 62 - S - 1535

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะโดยการเทียบสี
(Urine Chemical Test Stick)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้วัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะโดยการเทียบสี

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ในแถบการทดสอบประกอบด้วย 10 การทดสอบ ได้แก่ Glucose, Bilirubin, Ketone, Specificgravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte

1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นแผ่นเทียบสีเพื่อวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.อ. น.อ.อ. จันทอง

/คณะกรรมการ...

7 ส.ค. 2562

พ.อ.



(Urine Chemical Test Stick)

7 ส.ค. 2562

21 8.A. 2562

ឧ. វ. ២, កង្វល់ វិទ្យាសាលា

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 214/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0165

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Strip Analyzer Washing Reagent)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็น Buffer Solution ที่สามารถล้างส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องตรวจวิเคราะห์

1.2.2 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 20 ถึง 28 องศาเซลเซียส

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ.....
(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง.....
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง.....
(มนต์จันทร์ พรารชิตพงษ์)

25 ก.ย. 2560

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวอ.พบ.
ที่ กท 0415.137.1174 ลง 26.9.60

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.สุ ภาณุ จิตตว