

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 489/43 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6640 - M - 62 - S - 1739

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว อีดีทีเอ ขนาดต่าง ๆ
(EDTA Tube)

หน่วยนับ หลอด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

1.1.1 ใช้เก็บเลือดขณะเจาะเลือดผู้ป่วย โดยใช้คู่กับเข็มชนิด 2 ปลาย

1.1.2 การบรรจุเลือดเป็นระบบสุญญากาศ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นหลอดแก้วหรือพลาสติกใส ปลอดเชื้อ มี K_3 EDTA หรือ K_2 EDTA เป็นสารกันเลือดแข็งตัว

1.3.2 มี 3 ขนาด ให้เลือกตามความต้องการจัดหาแต่ละครั้ง ดังนี้

1.3.2.1 ขนาด 13 x 75 mm มีปริมาตรบรรจุให้เลือกคือ 2 หรือ 3 หรือ 5 ml

1.3.2.2 ขนาด 13 x 100 mm มีปริมาตรบรรจุ อย่างน้อย 6 ml

1.3.2.3 ขนาด 16 x 100 mm มีปริมาตรบรรจุ อย่างน้อย 9 ml

1.3.3 จุกปิดเป็นแบบ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก, ชั้นในเป็นยาง สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของเลือด
ขณะเปิด - ปิดจุก ป้องกันการสัมผัสเลือดของผู้ปฏิบัติการ

1.3.4 มีสลากริดข้างหลอดสำหรับเขียนข้อมูลต่างๆ ได้

1.3.5 ข้างหลอดระบุ Lot No, Cat No และวันหมดอายุ

1.3.6 จุกปิดสีม่วง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 10 เดือน นับในวันส่งมอบ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาถือ และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

อ.ท.อ. นพ.วิวัฒน์ จิระสง

/คณะกรรมการ...


7 ส.ค. 2562


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หลอดเก็บเลือดระบบสุญญากาศชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว อีดีทีเอ ขนาดต่าง ๆ
(EDTA Tube)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(บุญขจร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/
(อนุรักษ์ ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมพิพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 547 ลง 9 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ร.ท.สุ ภู่วัด จันทนา