

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 173/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 4680

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Breathing Circuit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องดมยาสลบ หรือชุดท่อช่วยหายใจใช้งานได้ครั้งเดียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 สามารถโค้งงอได้ ไม่หักพับ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 ท่อพลาสติก มีลอนคลื่นตลอดเส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

1.3.2 มีข้อต่อเป็นลักษณะตัววาย (Y - Piece) หรือข้อต่อแบบอื่นๆ ประกอบในชุด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดความยาวของท่อ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง ✓

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุยชทร ทิพยวงศ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ..........หน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้


(สามารถ ปานเลื่อน)

- 6 ส.ค. 2563

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Breathing Circuit)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

17 ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 1296 ลง 10 ก.ย. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง 

(พรณพิลาส พุดะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖

...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 136/53 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2595

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น
(HME Breathing Filter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องช่วยหายใจ เครื่องดมยาสลบ หรืออุปกรณ์ช่วยการหายใจอื่นๆ เพื่อกรองเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 บรรจุภัณฑ์ทำด้วย PVC Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า
- 1.2.2 มีแผ่นกรองชนิด Electrostatic สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ไม่น้อยกว่า 99.99%
- 1.2.3 มีแผ่นกรองอีกชั้นซึ่งสามารถปรับสมดุลความชื้นได้ (Heat and Moisture Exchange: HME)
- 1.2.4 สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นดัดแปลงโปร่งแสง มองเห็นตัวกรองซึ่งอยู่ภายใน
- 1.3.2 มีท่อเปิด 2 ข้าง ขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ต่อกับวงจรเครื่องช่วยหายใจ หรือท่อช่วยหายใจ
- 1.3.3 มีท่อเปิดขนาดเล็ก (Gas Sampling Port) พร้อมฝาปิดที่แนบสนิท ใช้เป็นช่องในการต่อกับเครื่องตรวจวัดแก๊ส
- 1.3.4 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 3.1 บริษัทผู้จำหน่ายต้องได้รับรองมาตรฐานสากล
- 3.2 ผลิตภัณฑ์มีหนังสือรับรองผลการกรองเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสจากห้องตรวจปฏิบัติการ
- 3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.



/คณะกรรมการ...

18 มี.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น
(HME Breathing Filter)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.....ประจำแผนก พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเดือน)

18 มี.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

25 มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กท 0446.13/477..... ลง 8 มี.ธ. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรมพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๒

...../...../.....