

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้เป็นการจัดหาสิ่ง อุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

- 1 ขดลวดสำหรับปิดรูรั่วหลอดเลือด ชนิดปลดได้ ขนาด 10 มม. ยาว 30 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 001/55 รายการที่ 1
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1113 ✓
- 2 ขดลวดสำหรับปิดรูรั่วหลอดเลือด ชนิดปลดได้ ขนาด 2 มม. ยาว 4 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 001/55 รายการที่ 2
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1113 ✓
- 3 วัสดุฉีดอุดกันหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า ค่าความหนืด 18 ขนาดบรรจุ 1.5 มล.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 169/62(พบ.) รายการที่ 3
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-62-S-0070 ✓
- 4 สายสวนหลอดเลือดขนาดเล็ก แบบไม่มีลวดนำ ขนาด 2.7/1.5 FR ยาว 165 ซม.
- คุณลักษณะเฉพาะสป. สาย พ.ที่ 003/55 รายการที่ 4
หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-M-61-P-1115 /

๔. ข้อกำหนดเพิ่มเติม (ของแต่ละรายการข้อ ๓.)

.....

.....

.....

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก



พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา



พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง (กำหนดเกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนน ตามเอกสารแนบท้าย)

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งให้ส่งของตามสัญญาจะซื้อขาย

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้ รวม 4 รายการ เป็นเงิน **11,093,850.00** บาท

๘. ข้อกำหนดอื่นๆ

พ.ต.หญิง สพวดี งามศรี ประธานกรรมการ

ร.ท.  กรรมการ

ร.ต. Daniel กรรมการ