

ขอบเขตของงาน

ประกอบการจัดซื้อ เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Portable Color Doppler Ultrasound) จำนวน ๒ รายการ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหา เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Portable Color Doppler Ultrasound) จำนวน ๒ รายการ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี คำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๐ เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๓.๑๑ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายการที่ ๑ เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Portable Color Doppler Ultrasound) จำนวน ๑ ชุด

- หมายเลข คณ. ๖๕๑๕-M-๖๑-P-๑๐๕๐ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๔๕/๖๑)

๔.๒ รายการที่ ๒ เครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Portable Color Doppler Ultrasound) โดยข้อ ๑.๒.๑๓, หัวตรวจ (transducer) เป็นข้อ ๑.๒.๑๓.๑ Convex Transducer และข้อ ๑.๒.๑๓.๒ Linear Transducer จำนวน ๑ ชุด

- หมายเลข คณ. ๖๕๑๕-M-๖๑-P-๑๐๕๐ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาย พ. ที่ ๐๔๕/๖๑ โดยข้อ ๑.๒.๑๓ เลือกเป็นข้อ ๑.๒.๑๓.๑ และ ๑.๒.๑๓.๒)

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

๗.๑ รายการที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๗.๒ รายการที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๗๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๖๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคาต่ำสุดแต่ละรายการ)

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

๙.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องนำเครื่องรุ่นเดียวกันหรือเทียบเท่าหรือดีกว่ามาให้หน่วยงานสำรองใช้ระหว่างซ่อมจนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิม

๙.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องเข้ามาดำเนินการทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน

๑๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๐.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้า ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับการอนุญาตนั้นด้วย หรือ

๑๐.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่เสนอราคาในครั้งที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๑๐.๓ หนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน และมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

๑๐.๔ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างหรือวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานในการซ่อมหรือบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิต ซึ่งมีประสบการณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๖ เอกสารตาม ข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๔ ให้ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาในครั้งนี้

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.ท.หญิง.....*ณภัทร ทัดแก้ว*.....ประธานกรรมการ
(กรภัทร์ ทัดแก้ว)

พ.ท.หญิง.....*ดลมา อ่อน*.....กรรมการ
(วิภารัตน์ นาวรัตน์)

พ.ต.หญิง.....*ปาริชาติ พยัคฆ์สนธิ์*.....กรรมการ
(ปาริชาติ พยัคฆ์สนธิ์)