

ขอบเขตของงาน

ประกอบการจัดซื้อ เครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร (Pre-Vacuum Steam Sterilizer, ๗๖๐ Litre)

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีความต้องการจัดหาสิ่งอุปกรณ์การสาธารณสุข เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย ทั้งที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม หรือทดแทนของเดิมที่ใช้ไป โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล สำหรับการจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหา เครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร (Pre-Vacuum Steam Sterilizer, ๗๖๐ Litre) จำนวน ๒ ชุด

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบกโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ เป็นผู้จดทะเบียนสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตในการผลิตหรือนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ๓.๑๒ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

- เครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร (Pre-Vacuum Steam Sterilizer, ๗๖๐ Litre) จำนวน ๒ ชุด
- หมายเลข คผ. ๖๕๓๐- M- ๖๓ - P-๐๘๑๕ (คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์การ สาข พ. ที่ ๐๒๔/๔๘)
 - โดยข้อ ๑.๓.๑ เป็นแบบประตูเดี่ยวเปิดด้านหน้า (ข้อ ๑.๓.๑.๑) จำนวน ๑ ชุด และแบบ ๒ ประตูชนิดเข้าด้านหน้า และออกด้านหลัง (ข้อ ๑.๓.๑.๒) จำนวน ๑ ชุด

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหา จำนวน ๒ ชุด รวมเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ราคาชุดละ ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา (พิจารณาราคารวมต่ำสุด) โดยแต่ละรายการราคาต้องไม่เกิน ราคาชุดละ ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. ระยะเวลาการรับประกัน

๙.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของ ที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดความชำรุดบกพร่องผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙.๒ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย จะต้องเข้ามาดำเนินการบำรุงรักษาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยต้องเข้ามาดำเนินการทุก ๓ เดือน ตลอดระยะเวลาประกัน

๑๐. ข้อกำหนดอื่น ๆ

๑๐.๑ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตในการนำเข้า ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับการอนุญาตนั้นด้วยหรือ

๑๐.๒ กรณีเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตภายในประเทศ ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบอนุญาตในการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่เสนอราคาในครั้งนี้ที่ไม่หมดอายุนับถึงวันเสนอราคาและถ้าไม่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการผลิต ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ได้รับอนุญาตนั้นด้วย

๑๐.๓ มีหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

๑๐.๔ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี จากบริษัทผู้ผลิต

๑๐.๕ มีผลงานการขายเครื่องนี้ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำร้อนเดียวกันกับที่มานำเสนอในครั้งนี้ ให้กับโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง

๑๐.๖ มีผลงานการขายเครื่องนี้ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำร้อนเดียวกันกับที่มานำเสนอในครั้งนี้ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๐.๗ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการยอมรับคุณภาพการให้บริการหลังการขายจากโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ (ตามข้อ ๑๐.๕) ที่เคยจำหน่ายมาด้วย

๑๐.๘ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน EN ๒๘๕ , หรือมาตรฐาน Directive ๙๓/๔๒/ EEC on medical device , Annex II excluding section ๔ และ มาตรฐานการทนแรงดัน (Pressure Equipment Directive) PED ๒๐๑๔ /๖๘/ EU หรือมาตรฐานการทนแรงดัน ASME Code ,Section VIII , Division ๑,

๑๐.๙ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๑๓๔๘๕ : ๒๐๑๖ หรือ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕

๑๐.๑๐ มีวิศวกร ดูแลระบบการใช้งานของเครื่องนี้ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำตลอดการใช้งานทุกระบบของเครื่อง และเมื่อพบว่าเครื่องนี้ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำเกิดข้อขัดข้อง หรือ พบปัญหาระหว่างการใช้งาน สามารถให้บริการดูแลได้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๑๐.๑๑ เอกสารตาม ข้อ ๑๐.๑ - ๑๐.๑๐ ให้ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาในครั้งนี้

๑๐.๑๒ ตัวเครื่องนี้ทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑.๘ เมตร ขนาดความยาวไม่เกิน ๒.๐ เมตร ขนาดความสูงไม่เกิน ๒.๐ เมตร และน้ำหนักต้องหนักไม่เกิน ๑,๕๐๐ กิโลกรัม เพื่อให้สามารถขนย้ายโดยลิฟต์ขนของ ของอาคารได้ โดยขนาดของตัวเครื่องจะต้องเป็นขนาดตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ในแคตตาล็อก (ไม่ให้มีการแก้ไข ดัดแปลงขนาด)

๑๐.๑๓ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ระบุไว้ในต้นฉบับ แคตตาล็อกของบริษัทผู้ผลิต จะต้องไม่มีการแก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมไปจากที่บริษัท ผู้ผลิตออกแบบไว้แต่แรก

๑๐.๑๔ มีระบบน้ำ Autosoft (สำรองหมุนเวียน) ที่สามารถรองรับการใช้งานของเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการของเครื่อง


๑๐.๑๕ ผู้เสนอราคาจะต้องปรับปรุงสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับการติดตั้งและการทำงานของเครื่องให้ได้ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยผ่านการเห็นชอบของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


๑๐.๑๖ ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งเครื่องให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่คิดมูลค่า


๑๐.๑๗ ผู้เสนอราคาจะต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้เครื่องทำลายเชื้อด้วยไอน้ำได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่า

๑๐.๑๘ รถเข็นสำหรับบรรจุชั้นวางของเข้านึ่งทำจาก Stainless Steel เป็นชนิดบังคับทิศทางให้พอดีกับหน้าเครื่อง และรถเข็นและชั้นบรรจุของเข้าเครื่องนึ่ง ต้องผลิตจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับกับผู้ผลิตเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ รุ่นที่ยื่นเสนอราคา

คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน

พ.อ.หญิง..........ประธานกรรมการ
(สถาพร มั่นมา)

พ.ท.หญิง..........กรรมการ
(ธมนพรพรช บุญเจริญ)

ร.ต..........กรรมการ
(พลยุทธ์ ทศนิกษ์)