

①

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 001/55

หมายเลข คณ. 6515 - M - 61 - P - 1113

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ขดลวดสำหรับปิดรูรั่วหลอดเลือด ชนิดปลดได้
(Detachable Coil)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับปิดรูรั่วของหลอดเลือดโป่งพองในสมอง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถขดเป็นรูปทรงหลายแบบเพื่อความสะดวกในการใช้งานกับลักษณะรูรั่วของหลอดเลือด

1.2.2 มีคุณสมบัติต้านทานต่อการดึงตัว (Stretch Resistant) เพื่อสามารถขยับขดลวดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมได้ง่าย

1.2.3 ทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติที่บ่งชี้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความสะดวกในการใช้งาน ดังนี้

1.3.1 ขดลวดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 มม.

1.3.2 ขดลวดมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1 ซม.

2. การบรรจุและหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ขนาดของขดลวดจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ



3.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์


ขดลวดสำหรับปิดรูรั่วหลอดเลือด ชนิดปลดได้
(Detachable Coil)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)พ.อ..........รังสีแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ชัชชาณ คงพานิช) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 2 ส.ค. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ทักขิณ เจียมทอง)พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทนิพ)

10 ส.ค. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำฉบับที่ กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/...10333 ลง 28 ส.ค. 61

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.

(ชูชีพ จันทา)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6

๕

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 063/59 (พพ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6525 - M - 59 - S - 0014

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Peripheral Guiding Catheter)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับนำสายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัย การทำรังสีร่วมรักษา หรือ
หัตถการต่าง ๆ ในระบบหลอดเลือด

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สายสวนผลิตจากวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อหลอดเลือด และมีการเสริมโครงสร้างให้แข็งแรง
ตลอดท่อ เพื่อไม่ให้ท่อหักงอง่ายหรือถูกกดทับให้เสียรูป และสามารถโค้งงอได้ดี

1.2.2 ส่วนปลายของสายสวน ผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติทึบรังสี (Radiopaque) สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

1.2.3 สามารถใช้ร่วมกับลวดนำ (Guide Wire) ได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 มีขนาดตั้งแต่ 6 Fr ขึ้นไป

1.3.2 มีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

1.3.3 มีรูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับลักษณะทางกายวิภาคของหลอดเลือด

2. การบรรจุและหีบห่อ ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐาน
ของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 รูปแบบ ขนาด และความยาวของสายสวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ

3.3 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

/คณะกรรมการ...

16 ก.พ. 2559

พ.อ. 


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สายสวนหลอดเลือดนำทางสำหรับการขยวหลอดเลือดแดงส่วนปลาย

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ไพรัช นิลลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.อ.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/
(ปริญญช ทองรักษ์) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

16 ก.พ. 2559

คู่มือขอจะเฉพาะฉบับที่อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กค 0446.13/...180...ลง 16 ก.พ. 59

สำเนาถูกต้อง

พ.ต.

(ชูชีพ จันหา)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖