

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 379/44 (พพ.)

หมายเลข คผ. 6850 - M - 62 - S - 1149

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง

(Peritoneal Dialysis Solution)

หน่วยนับ ลิตร, ถัง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคไตวาย โดยวิธีการล้างช่องท้อง (Peritoneal Dialysis)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 1.2.1 น้ำยามีความเข้มข้นน้ำตาล 1.5% หรือ 4.25% และประกอบด้วยไอออน (Ionic) คือ โซเดียม (Sodium), แคลเซียม (Calcium), แมกนีเซียม (Magnesium), คลอไรด์ (Chloride), แล็กเตต (Lactate)

1.2.2 ผ่านการทำปฏิกิริยาเชื่อมและสารโพโรเจนแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

- 1.3.1 เป็นสารละลายของน้ำตาลและเกลือแร่ บรรจุในถุงพลาสติกที่มีจุกปิดเปิด และต่อกับสายนำน้ำยาเข้าออกจากถุงได้
- 1.3.2 ปริมาณน้ำยาต่อถุง 1,000 - 5,000 มิลลิลิตร ขนาดบรรจุต่อถุง จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดยื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง

(วิรภรณ์ จิระวงศ์)

เภสัชกร รพ.ร.ร.๖

/คณะกรรมการ...

14 ก.พ. 2562

พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง

(Peritoneal Dialysis Solution)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....
(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท.....หน.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(นิธิพันธ์ สุขสุเมธ)

14 กพ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต.....ผท.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิ์)

สำเนาถูกต้อง

28 กพ 2562

ร.อ.หญิง

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/..ฯ.....ลง 13 มี.ค. 62

(วิรภาน์ จิระวงศ์)

เภสัชกร รพ.ร.ร.๖