

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 581/48 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6550 - M - 62 - S - 1529

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้รักษาสภาพตะกอนปัสสาวะและใช้ควบคุมการไหลของตะกอนให้อยู่
ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องตรวจนับปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่เป็นกลาง (Isotonic Solution) มีสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อรา

1.2.2 ขนาดบรรจุจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอน
ปัสสาวะโดยอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พัฒนาถูกต้อง

ร.อ.อุทัย ภูมิทอง


/คณะกรรมการ...


7 ส.ค. 2562


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยารักษาสภาพตะกอนปัสสาวะของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Urine Sediment Preservative Reagent)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


ร.ต.หญิง..... เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ณัฐวดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทิมพ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/547 ลง 2 พ.ค. 62

ดำเนินการถูกต้อง

ร.อ. อนันต์ คุ้มดี จันทอง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 580/48 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6550 - M - 62 - S - 1528

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyzer Control)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นน้ำยาควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ ใช้ตรวจวัดสภาพการทำงานของเครื่อง

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 น้ำยาประกอบด้วย Negative Control, Positive Control, Focus Control

1.2.2 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาที่ใช้ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. นริศ นริศกุล ภิรมย์


/คณบดีกรรมการ...


7 ส.ค. 2562


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyzer Control)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ณัฐวดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ ฉแสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/...547 ลง...2 พ.ค. 62

ถ้าเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง นฤมล ทิมทอง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 584/48 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6550 - M - 62 - S - 1532

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาสอบเทียบเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser Cahbrator)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นน้ำยาสอบเทียบเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ และใช้ทดสอบเทียบเครื่องก่อนการวิเคราะห์

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาประกอบด้วย Red Blood Cell ใน Fraticle Free Solution

1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาสอบเทียบเครื่องก่อนการวิเคราะห์การตรวจนับปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาลีอก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.แสง กษัตริย์ กิ่งทอง

/คณะกรรมการ...

7 ส.ค. 2562


พ.อ.

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาสอบเทียบเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

(Automated Urine Sediment Analyser Cahbrator)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุญชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/

(ณัฐวดี ทิมทอง)


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/547 ลง 2 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. ณัฐวดี ทิมทอง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 583/48 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6550 - M - 62 - S - 1531

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser System Cleanser)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นน้ำยาล้างคราบสกปรกในส่วนต่างๆของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วยสาร Sodium Hypochlorite

1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาล้างคราบสกปรกในส่วนต่างๆของเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง


ร.อ.หญิง กัญฉวี ทิมทอง


/คณบดีกรรมการ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Sediment Analyser System Cleanser)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุญชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/
(ณัฐวดี ทิมทอง) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/ 547 ลง. 2 พ.ค. 62

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง กัญฉวี จิมทอง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 582/48 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6550 - M - 62 - S - 1530

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

(Automated Urine Sediment Analyser Washing Reagent)

หน่วยนับ กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นน้ำยาใส่น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วยสาร 2-Phenoxyethanol

1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นน้ำยาที่ใช้ใส่น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. เดวิด กษัตริย์ กิมทวย

/คณะกรรมการ...

7 ส.ค. 2562


พ.อ. 

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

น้ำยาล้างเครื่องตรวจนับตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ

(Automated Urine Sediment Analyser Washing Reagent)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/

(ณัฐดี ทิมทอง)


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิ)

21 ส.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 547 ลง. 2 พ.ค. 62

อำนาจถูกต้อง

ร.อ. ณัฐดี ทิมทอง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 587/48 (พบ.)

หมายเลข คฉ. 6515 - M - 62 - S - 1535

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะโดยการเทียบสี
(Urine Chemical Test Stick)

หน่วยนับ ขวด

1. คุณลักษณะเฉพาะ
 - 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้วัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะโดยการเทียบสี
 - 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 1.2.1 ในแถบการทดสอบประกอบด้วย 10 การทดสอบ ได้แก่ Glucose, Bilirubin, Ketone, Specificgravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocyte
 - 1.2.2 ขนาดบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
 - 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นแผ่นเทียบสีเพื่อวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะ
2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
3. ข้อกำหนดอื่นๆ
 - 3.1 มีฉลากระบุชื่อผู้ผลิต วัน เดือน ปีที่หมดอายุ
 - 3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ในวันส่งของ
4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

สำเนาถูกต้อง
ร.อ. นงุอ กิ่งอ้อ กิ่งทอง

/คณะกรรมการ...

7 ส.ค. 2562

พ.อ.




ชื่อสิ่งอุปกรณ์

แผ่นวัดปริมาณสารเคมีในปัสสาวะโดยการเทียบสี

(Urine Chemical Test Stick)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

ร.ต.หญิง..........เทคนิคการแพทย์ รพ.ร.6/

(ณัฐวดี ทิมทอง)


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

7 ส.ค. 2562


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

21 ส.ค. 2562

สำเนาถูกต้อง

ร.อ.หญิง กัญจนาทิพย์ ทิมทอง

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.

ที่ กท 0446.13/ 547 ลง 2 พ.ค. 62

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 214/60 (พบ.)

หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 6550 - M - 60 - S - 0165

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ น้ำยาสำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ
(Automated Urine Strip Analyzer Washing Reagent)

หน่วยนับ ขวด

1. **คุณลักษณะเฉพาะ**

1.1 **วัตถุประสงค์ในการใช้งาน** ใช้สำหรับล้างทำความสะอาดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติ

1.2 **คุณลักษณะในทางเทคนิค**

1.2.1 เป็น Buffer Solution ที่สามารถล้างส่วนต่าง ๆ ภายในเครื่องตรวจวิเคราะห์

1.2.2 เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 20 ถึง 28 องศาเซลเซียส

1.3 **คุณลักษณะในการออกแบบ** เป็นน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในปัสสาวะอัตโนมัติที่หน่วยมีใช้งาน

2. **การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. **ข้อกำหนดอื่นๆ**


3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของน้ำยา จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของ


3.3 มีเอกสารกำกับระบุข้อบ่งใช้ รายละเอียดส่วนประกอบ วิธีการเก็บรักษา และข้อกำหนดอื่นๆ

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ไพรัช มีลาภ)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง..........หน.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(มนต์จันทร์ พรวรชิตพงษ์)

25 ก.ย. 2560

สำเนาถูกต้อง

จ.อ.หญิง นฤมล กิมพ

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ทำหนังสือ กวค.พบ.
ที่ กท 0415.13/1174 ลง 26.9.60