

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 542/48 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2991

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ  
( Red - Dot )

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ประกอบในการตรวจวัดคลื่นหัวใจ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นแผ่นกลมมีขั้วเป็นโลหะหนึ่งด้านติดกับเครื่องวัดคลื่นหัวใจและเป็นเจลด้านหนึ่งในอันเดียวกัน มีขอบรอบเป็นกาวเหนียวติดที่ร่างกาย

1.2.2 สามารถเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าใช้ครั้งเดียวทิ้ง

1.2.3 ขนาด และรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าจากร่างกายเข้าเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.



- 8 มี.ย. 2563

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ แผ่นสื่อการตรวจคลื่นหัวใจ  
( Red - Dot )


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

( บุญชทร ทิพยวงษ์ )

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( จอมขวัญ แสงบัวแก้ว )

พ.ท.หญิง  ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

( พรรณราย เปล่งแสงศรี )

- 8 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

( สุพิชัย เจริญวารีกุล )

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

( ปกิจจ์ แสงสว่าง )

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

( ปราโมทย์ จันทิมพิท )

19 มิ.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
รที่ กท 0446.13/1002 ลง 13 ก.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง 

( พรรณพิลาส หุดะเสวี )

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๒