

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 075/58 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6550 - M - 61 - S - 1297

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดไซริงค์เก็บเลือด ชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว
(Anticoagulant Blood Collection Syringe)

หน่วยนับ ชุด, กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เก็บเลือดสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ Blood Gas และ Electrolyte

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ประกอบด้วย

1.2.1 ตัวกระบอก

✓ 1.2.1.1 ทำจากพลาสติกใส มีขีดและตัวเลขบอกปริมาตรเป็นมิลลิลิตร สามารถมองเห็น Scale ได้ชัดเจน

✓ 1.2.1.2 ภายในมีสารป้องกันเลือดแข็งตัวชนิด Heparin หรือสารอื่น

✓ 1.2.1.3 ส่วนปลาย มี Tip Cap หรือส่วนที่ใช้สำหรับปิดแกน Syring หรือ Plunger

1.2.2 เข็ม

✓ 1.2.2.1 สามารถปิดหัวเข็มหลังจากเจาะเลือดเสร็จ

✓ 1.2.2.2 ชุดเข็มประกอบด้วยชุดไซริงค์พร้อมใช้งาน หรือบรรจุแยกกัน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นหลอดทรงกระบอกพลาสติกใส ภายในมีสารป้องกันเลือดแข็งตัว มีขนาดต่างๆ ให้เลือกใช้งาน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 จำนวน และขนาดบรรจุของชุดไซริงค์ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.2 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และรูปแบบแค็ตตาล็อก

สำเนาถูกต้อง

w.o.f

/คณะกรรมการ...


14 ส.ย. 2561


w.o.f


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ชุดไซริงค์เก็บเลือด ชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว
(Anticoagulant Blood Collection Syringe)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.


พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ
(ปุณชทร ทิพยวงษ์)


พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.ท.  ทน.รพ.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้
(สุภโชค ตรรกนันท์)

14 มิ.ย. 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ
(ทักษิณ เจียมทอง)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ
(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ
(ปราโมทย์ จันทมิพ)

20 มิ.ย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/..901.. ลง 25 มิ.ย. 61

สำเนาถูกต้อง

