

ส่ง 67

ส่ง 90

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 034/66

หมายเลข คณ. 6640 - M - 66 - P - 0481

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ โต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็น สำหรับงานธนาคารเลือด

หน่วยนับ ตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นโต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็น สำหรับงานธนาคารเลือด เพื่อควบคุมคุณภาพของเลือด และส่วนประกอบของเลือดเมื่อไม่ได้เก็บอยู่ในตู้เย็น

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สามารถทำความเย็นได้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส

1.2.2 มีระบบการสั่งงานที่สามารถเปิด - ปิด การทำงาน และปรับตั้งค่าการใช้งานได้

1.2.3 สารทำความเย็นเป็นชนิด CFC Free หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.4 มีระบบทำความเย็น แบบ Forced Circulation Blow-up หรือ Pin - Coil Type Cooling System หรือ Forced Air - Cooling Circulation System หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.5 มีระบบแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิไม่เป็นไปตามค่าที่ตั้งการทำงานไว้

1.2.6 มีระบบตัดการทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าผิดปกติ

1.2.7 มีแผงควบคุมการทำงานติดตั้งบริเวณด้านหน้า หรือบริเวณที่สามารถใช้งานได้สะดวก

1.2.8 มีล้อเลื่อนติดมากับโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ปรับระดับ

1.2.9 ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ โต๊ะมีขนาดภายนอก กว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า 1,200 x 750 x 800 มิลลิเมตร พื้นผิวสัมผัสบนโต๊ะทำจาก Stainless Steel หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายหรือตราผลิตภัณฑ์ถาวรติดกับเครื่องมือหรือบรรจุภัณฑ์ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 13485 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ... ประธานกรรมการ

พ.อ. ... กรรมการ

พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

27 ส.ค. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ. ... ประธานกรรมการ

พ.อ. ... กรรมการ

พ.อ.หญิง ... กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ/เลขานุการ

พ.อ.หญิง ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

พ.ท. ... กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 4 เม.ย. 2566

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

โต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็น สำหรับงานธนาคารเลือด

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ. รอง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ธาตรี บุญเจือ)

พ.ท. นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สรทศ โบสุวรรณ)

27 ส.ค. 2566

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ.

พ.อ. รอง ผอ.สวค.พบ./ประธานกรรมการ

(เมธา เทียงคำ)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.หญิง น.บก. ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนเหล่าสายวิทยาการ/

(สิริวรรณ สมจินตนา) เลขานุการ

พ.อ.หญิง ประจำ พบ. ชรก.รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(อรอนงค์ แสนเจริญ)

พ.ท. นายทหารเทคนิคการแพทย์ รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สรทศ โบสุวรรณ)

4 เม.ย. 2566

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้

ตามอนุมัติ คบ.ทบ.ทำฉบับที่ กบ.ทบ.

ที่ต่อ กท 0404/ 5185 ลง 11 พ.ค. 66