

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 471/49 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 2972

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สายสวนปัสสาวะ ชนิดไม่มีลูกโป่ง
(Plain Catheter)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นท่อสำหรับสวนปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็นสายสวนที่ทำด้วย PVC ชนิดที่ใช้ทางการแพทย์ (Medical Grade) หรือยาง หรือซิลิโคน

1.2.2 มีความยืดหยุ่น สะดวกต่อการสอดใส่ และสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายใน

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นท่อแบบกลวง ปลายด้านคนไข้ปิดม่น อ่อนนุ่ม ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็นช่องเปิด

1.3.2 ปลายด้านคนไข้มีรูเปิดเรียบ ไม่น้อยกว่า 2 รู จากปลายสาย

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว สามารถใช้ได้ทันที

1.3.4 ขนาดหรือเบอร์ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

ชื่อสิ่งอุปกรณ์


สายสวนปัสสาวะ ชนิดไม่มีลูกโป่ง

(Plain Catheter)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ


(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง  นปก.ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สิริวรรณ สมจินตนา)

- 8 มิ.ย. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุทธิชัย เจริญวาริกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

19 มิ.ย. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1002 ลง 13 ก.ค. 63

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.หญิง

(ลัดดาวัลย์ แสนนามวงษ์)

ประจำแผนก รพ.ร.๖

๑๖ / ๐๔ / ๖๕