

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 366/49 (พบ.)

หมายเลข คผ. 6515 - M - 63 - S - 2753

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ
(Shoulder Arthroscope System Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องตรวจหรือเย็บซ่อมเอ็น เนื้อเยื่อให้ติดกับกระดูก บริเวณหัวไหล่โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ชุดเย็บเอ็นหรือเนื้อเยื่อบริเวณข้อด้วยหมุดยึดแบบมีเกลียว แบบละลายได้และไม่ละลายพร้อม ไหมเย็บ และมีด้ามจับตัวหมุดทำจากโลหะปลอดสนิมมีหลายขนาด (5), (8)

1.2.2 ชุดสมอเย็บกระดูกแบบมีเกลียวพร้อมวัสดุยึดเอ็น แบบละลายได้และไม่ละลายตัวหมุดทำจาก โลหะปลอดสนิมหรือไททาเนียมแบบไม่ละลายหรือดีกว่า (1), (9)

1.2.3 ชุดถอดสมอยึดกระดูก เป็นพลาสติกสำหรับถอดสมอเย็บออกมาจากข้อไหล่

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นชุดเข็มร้อยไหมพร้อมด้ามจับปลายโค้งงอมีรูตรงกลางสำหรับสอดไหมหรือลวดใช้ในการช่วย เย็บซ่อมเอ็นบริเวณข้อต่างๆ

1.3.2 อุปกรณ์ประกอบในการใช้งาน

1.3.2.1 ชุดแท่งเหล็กสำหรับผูกเส้นไหมแบบมีปลอกดันปมไหมในตัว ปลายแท่งเหล็กมีรูร้อยไหม และมีปลอกพลาสติกดันปมไหมผูกภายใน

1.3.2.2 ชุดเหล็กนำเจาะพร้อมด้ามจับ เป็นแท่งโลหะมีรูทะลุพร้อมด้ามจับและมีแท่งเหล็กปลาย แหลมสำหรับเจาะกระดูกนำก้อนใส่โลหะเจาะกระดูกนำก้อนใส่โลหะ

1.3.2.3 ปลอกนำแบบมีเกลียวทำจากพลาสติกใสมีลูกปล่อยน้ำออกและมีวาล์วสำหรับเครื่องมือ เย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่ผ่านได้

1.3.3 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุของละ 1 ชิ้น

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดและรูปแบบ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง


4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาสลัก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...


ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ชุดเครื่องมือเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณหัวไหล่โดยผ่านกล้องส่องข้อ
(Shoulder Arthroscope System Set)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชทร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)


พ.อ.  ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.6/

(ณัฏฐา กุลกำธร)


กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.  ผท.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุทธิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.  ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกจิกร แสงสว่าง)

พ.อ.  นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิศ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ขอใช้ให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ให้ใช้หนังสือ กาก.ทบ.
ที่ กท 0446.13/ 717... ลง 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

(วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.6

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ดาวร สาย พ. ที่ 121/53 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2586

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุซ่อมเอ็นในข้อเท้า
(Suture Button)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นวัสดุที่ใช้ในการซ่อมเอ็นในข้อเท้าโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 วัสดุส่วนที่เป็นแท่งขนาดเล็ก ผลิตจากวัสดุปลอดสนิม หรือไททานเนียม หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 วัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง ผลิตจากโพลีเอทิลีน หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.3 เหล็กเจาะนำ ผลิตจากวัสดุปลอดสนิมหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.4 ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 วัสดุส่วนที่เป็นแผ่นขนาดเล็กพร้อมวัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง ประกอบด้วย

1.3.1.1 วัสดุที่เป็นแท่งขนาดเล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร มีรูสำหรับร้อยเส้นเอ็น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

1.3.1.2 วัสดุที่เป็นเส้นเอ็นสำหรับคล้อง มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร

1.3.2 เหล็กเจาะนำ มีรูสำหรับร้อยเส้นเอ็นที่ส่วนปลาย มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร

1.3.3 มีหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

วัสดุซ่อมเอ็นในข้อเท้า

(Suture Button)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(บุญชพร ทิพย์วงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ. ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/

(ณัฏฐา กุลกำธร)

กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 ก.พ. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิท)

- 2 มี.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ใช้ได้
จนหมดอายุ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ จก.ทบ.
ที่ลง 0446.13/347 ลง 9 มี.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

(วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 370/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2757

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า
(Meniscal Repair Set)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ผ่าตัดเย็บหมอนรองกระดูกข้อเข่า สามารถใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อโดยไม่ต้องเปิดแผลใหญ่
- 1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ทำจากโลหะปลอดสนิมสามารถโค้งงอและกลับเป็นเส้นตรงได้ตรง ปลายเป็นห่วงโลหะสำหรับร้อยไหมเย็บ หรือเป็นวัสดุที่ดีกว่า
- 1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ชุดสำหรับเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า เครื่องมือใช้เย็บพร้อมด้าย
 - 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1.3.1 ลูกดอกสำหรับซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า
 - 1.3.2 ชุดเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า ๓
 - 1.3.3 ปลอกนำสำหรับช่วยส่งลูกดอกซ่อมหมอนรองข้อเข่า
 - 1.3.4 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว บรรจุ 1 ชุด ต่อ 1 ซอง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดและรูปแบบ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาสีอก และทดลองใช้งาน



/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ชุดเย็บซ่อมหมอนรองกระดูกข้อเข่า

(Meniscal Repair Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/

(ณัฏฐา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/717 ลง 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

(วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 369/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2756

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่า
(Osteo Autograft Transfer System Set)

4

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อ โดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ ช่วยไม่ให้ง่ายต้องเปิดแผลใหญ่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค ผลิตจากวัสดุปลอดสนิมหรือดีกว่า

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ชุดอุปกรณ์การผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อ 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 ตัวส่งใช้ตอกเพื่อเก็บเนื้อกระดูกสำหรับตำแหน่งที่ปลูกถ่ายกระดูก จำนวน 1 อัน

1.3.2 ตัวส่งใช้ตอกเพื่อเก็บเนื้อกระดูกสำหรับตำแหน่งที่ปลูกกระดูก จำนวน 1 อัน

1.3.3 แท่งสำหรับวัดขนาดพร้อมซีตบอกระดับความลึก จำนวน 1 อัน

1.3.4 แท่งสำหรับตอกเนื้อกระดูกให้เรียบ จำนวน 1 อัน

1.3.5 ปลอกนำส่งกระดูก จำนวน 1 อัน

1.3.6 แกนเหล็กนำแบบมีเกลียวหมุนสำหรับดันเนื้อกระดูก จำนวน 1 อัน

1.3.7 แกนเหล็กนำสำหรับตอกดันเนื้อกระดูก จำนวน 1 อัน

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดและจำนวน จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

MA

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

ชุดเครื่องมือผ่าตัดย้ายฝากถ่ายกระดูกอ่อนบริเวณข้อเข่า
(Osteo Autograft Transfer System Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปญชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.6/

(ณัฏฐา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นบก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

19 พ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มอบให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.ก.พบ.
ที่ กท 0446.13/ 717 ลง 25 พ.ค. 63

สำเนาถูกต้อง

(วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.6

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 367/49 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2754

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ วัสดุซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่าด้วยกล้องส่องข้อ
(Knee Arthroscope System Set)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำผ่าตัดซ่อมเอ็นในข้อเข่าโดยใช้ร่วมกับกล้องส่องข้อ (Arthroscope)

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 สกรูยึดเอ็นข้อเข่าชนิดมีเกลียวแบบมีรูตรงกลางหรือสกรูยึดเอ็นข้อเข่าแบบพาดเอ็นในโพรงกระดูก มีรูตรงกลาง มี 2 ชนิด ดังนี้

1.2.1.1 แบบเป็นโลหะสแตนเลสปลอดสนิมหรือทำมาจากไททานเนียมอัลลอยด์ หรือดีกว่า

1.2.1.2 แบบละลายได้

1.2.2 อุปกรณ์เสริมสำหรับวัสดุผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่า

1.2.2.1 ลวดนำใช้สำหรับให้เอ็นคล้องเพื่อผ่านวัสดุพาดเอ็นในโพรงกระดูกทำจากโลหะปลอดสนิม ส่วนปลายเป็นห่วงโลหะ

1.2.2.2 ปลอกกันน้ำออกแบบมีรูสำหรับสอดเครื่องมือผ่านได้ ทำจากพลาสติกมีวาล์วกันใช้กันน้ำในช่องโพรงกระดูกทั้งกระดูกหน้าแข้งและกระดูกต้นขา

1.2.2.3 ปลอกนำสำหรับใส่สกรูยึดกระดูก ทำจากพลาสติก มีช่องเปิดสำหรับใส่สกรูเพื่อขันเกลียวสกรูโดยเกลียวไม่ตัดเนื้อเยื่อข้างๆ

1.2.2.4 แผ่นรองขยายแผลผ่าตัด

1.2.2.5 ปลอกหุ้มกล้อง

1.2.2.6 เหล็กนำสำหรับใส่สกรูยึดกระดูก

1.2.2.7 เหล็กเจาะนำแบบมีรูร้อยไหมที่ปลาย

1.2.2.8 เหล็กนำเจาะกระดูก

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นวัสดุผ่าตัดซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่าด้วยกล้องส่องข้อ

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ รูปแบบและขนาด จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

วัสดุซ่อมเส้นเอ็นในข้อเข่าด้วยกล้องส่องข้อ

(Knee Arthroscope System Set)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/

(ณัฏฐา กุลกำธร) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

- 7 พ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)


พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพ)

19 พ.ค. 2563



สำเนาถูกต้อง

SO (วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.6

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 272/51 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 63 - S - 2636

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง
(Cannulated Screw)

หน่วยนับ ชิ้น



1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับยึดกระดูกที่แตก หรือหักตามส่วนต่างๆ ของร่างกายให้เข้าที่

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากเหล็กสแตนเลส หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสกรูยึดกระดูกที่มีลักษณะเป็นรูกลวงตรงกลาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.5 - 7.3 มิลลิเมตร

1.3.2 มีขนาดความยาวของสกรูตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ขึ้นไป

1.3.3 แบบความยาวส่วนที่เป็นเกลียวมีตั้งแต่ 16 มิลลิเมตร จนถึงตลอดทั้งตัวสกรู (Fully Thread)

1.3.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาวส่วนที่เป็นเกลียว และความยาวของสกรูมีหลายแบบ และหลายขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ป่วย

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบันตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

สกรูยึดกระดูกชนิดมีรูกลวง

(Cannulated Screw)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.....ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/

(สุรียา ลือนาม) กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

18 มิ.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.ล.ต.....ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทมิฬ)

25 มิ.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.ทบ.ท้ายหนังสือ กวท.ทบ.
ที่ กท 0446.13/..... ลง 8 เม.ย. 63

สำเนาถูกต้อง

(วิชัย ไชยวุฒิ)

นายทหารพยาบาล รพ.ร.ร.๖