

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 027/50

หมายเลข คณ. 6510 - M - 63 - P - 0096

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อสมแบบพับสำเร็จรูป
(Sterile Gauze Pad)

หน่วยนับ ชอง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นผ้าก๊อสมแบบพับสำเร็จรูปใช้ปิดบาดแผล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากผ้าโปร่งทอจากด้ายฝ้าย ไม่มีปม ไม่มีรอยต่อ สีขาวปราศจากสารเรืองแสง

1.2.2 สามารถดูดซับน้ำได้ดี

1.2.3 เมื่อพับแล้วมีความหนาไม่น้อยกว่า 8 ชั้น ไม่ปรากฏริ้วผ้า หรือด้ายหลุดลุ่ย

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นผ้าก๊อสมแบบพันทบกันเป็นชั้นๆ ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

3.2 บรรจุภัณฑ์มีข้อความที่ทำให้ปราศจากเชื้อหรือ Sterile แล้ว

3.3 ผลิตจากผ้าก๊อสที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตาม มอก.251-2545

3.4 ขนาดและจำนวนบรรจุต่อชอง จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ. 

- 8 ก.ค. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ผ้าก๊อสแบบพับสำเร็จรูป
(Sterile Gauze Pad)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง..... ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สิริวรรณ สมจินตนา)

- 8 ก.ค. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต..... ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..... นปก. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปรามิทธิ์ จันทิมพิ)

19 ก.ค. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำบันทึก กบ.ทบ.
ที่ต่อ กท 0404/24365 ลง 11.04.62.

สำเนาถูกต้อง
ร.ต.หญิง

(ลัดดาวัลย์ แสนนามวงษ์)

ประจำแผนก รพ.ร.ร.บ
92 / พค / 62