

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 056/40

หมายเลข คณ. 6530 - M - 63 - P - 0843

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติ่งตรวจและให้การรักษายาบาล

หน่วยนับ เติ่ง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นเติ่งตรวจโรคและให้การรักษายาบาล

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ฐานเติ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม

1.2.2 พื้นเติ่งเป็นเบาะยาวไม่น้อยกว่า 185 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร แบ่งเป็นส่วนรองรับศีรษะและหลัง และส่วนรองรับสะโพกและขา

1.2.3 ปรับเลื่อนได้ดังนี้

1.2.3.1 ปรับส่วนสูงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสวิตซ์เท้า

1.2.3.1 ปรับเลื่อนสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร

1.2.3.2 ปรับเลื่อนต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 65 เซนติเมตร

1.2.3.2 ปรับยกส่วนรองรับศีรษะและหลังด้วยมือ ได้ไม่น้อยกว่า 65 องศา

1.2.4 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นเติ่งสำหรับตรวจโรคและให้การรักษายาบาล โครงสร้างเป็นเหล็กเคลือบสี

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 มีหนังสือคู่มือการใช้งาน และปรนนิบัติบำรุง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 2 ชุด (ตัวจริง 1 ชุด)

3.3 มีเครื่องหมายถาวร หรือสติ๊กเกอร์ แสดงชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทติดกับเครื่อง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

พ.อ.



13 พย. 2562

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ เติยงตรวจและให้การรักษายาบาล

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ.หญิง.....นปค. ประจำ พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สิริวรรณ สมจินตนา)

13 พ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต.....ผทต.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ.....ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ.....นปค. ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพ)

28 พ.ย. 2562

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้มีมติให้ใช้
ตามอนุมัติ ผบ.ทบ.ทำฉบับที่ กบ.ทบ.
ที่ค่อ กท 0404/...31183...ลง. 16 มี.ค. 63..