

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 173/52 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 4680

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Breathing Circuit)

หน่วยนับ ชุด

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องดมยาสลบ หรือชุดท่อช่วยหายใจใช้งานได้ครั้งเดียว

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจากพลาสติกชนิด Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

1.2.2 สามารถโค้งงอได้ ไม่หักพับ

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1.3.1 ท่อพลาสติก มีลอนคลื่นตลอดเส้น ความยาวไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว

1.3.2 มีข้อต่อเป็นลักษณะตัววาย (Y - Piece) หรือข้อต่อแบบอื่นๆ ประกอบในชุด

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ ขนาดความยาวของท่อ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..... ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..... ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.อ..... ทน.พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเถื่อน)

- 6 ส.ค. 2563

/คณะกรรมการ...

หน้า 2 ใน 2 หน้า

173/52 (พบ.)

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ชุดท่อช่วยหายใจชนิดใช้ครั้งเดียว
(Disposable Breathing Circuit)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.ต. ผ.ต.ท.บ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผ.อ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิัจฉ์ แสงสว่าง)

พ.อ. น.บ.ก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทนิพ)

17 ส.ค. 2563

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กว.พบ.
ที่ กท 0446.13/..... 1296 ลง 10 ก.ย. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรรณพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.บ.

...../...../.....

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 136/53 (พบ.)

หมายเลข คณ. 6515 - M - 63 - S - 2595

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น
(HME Breathing Filter)

หน่วยนับ อัน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ต่อกับเครื่องช่วยหายใจ เครื่องดมยาสลบ หรืออุปกรณ์ช่วยการหายใจอื่นๆ เพื่อกรองเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 บรรจุภัณฑ์ทำด้วย PVC Medical Grade หรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่า หรือดีกว่า

1.2.2 มีแผ่นกรองชนิด Electrostatic สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้ไม่น้อยกว่า 99.99%

1.2.3 มีแผ่นกรองอีกชั้นซึ่งสามารถปรับสมดุลความชื้นได้ (Heat and Moisture Exchange: HME)

1.2.4 สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นตลับโปร่งแสง มองเห็นตัวกรองซึ่งอยู่ภายใน

1.3.2 มีท่อเปิด 2 ข้าง ขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ต่อกับวงจรเครื่องช่วยหายใจ หรือท่อช่วยหายใจ

1.3.3 มีท่อเปิดขนาดเล็ก (Gas Sampling Port) พร้อมฝาปิดที่แนบสนิท ใช้เป็นช่องในการต่อกับเครื่องตรวจวัดแก๊ส

1.3.4 ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 บริษัทผู้จำหน่ายต้องได้รับรองมาตรฐานสากล

3.2 ผลิตภัณฑ์มีหนังสือรับรองผลการกรองเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสจากห้องตรวจปฏิบัติการ

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

พ.อ.

/คณะกรรมการ...

18 มี.ค. 2563

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ตัวกรองเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ ชนิดให้ความชื้น
(HME Breathing Filter)

คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ. ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ท. ประจำแผนก พบ./กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(สามารถ ปานเถื่อน)

18 มี.ค. 2563

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พล.ต. ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(สุพิชัย เจริญวารีกุล)

พ.อ. ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ. นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิศ)

25 มี.ค. 2563

คุณสมบัติเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/477 ลง 8 มี.ย. 63

สำเนาถูกต้อง

พ.อ.หญิง

(พรรณพิลาส หุตะเสวี)

เจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.ร.๖

...../...../.....