



ประกาศกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เรื่อง เชิญชวนให้ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ และเทคนิคสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์

ด้วย กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy Linear Accelerator)

เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจัดหาไว้ในราชการในกองทัพบก จึงขอเชิญชวน ผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่าย ส่งข้อมูลคุณลักษณะเทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ให้กับทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ มีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

๑. รายการสิ่งอุปกรณ์ที่จัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ตาม ผนวก ก บัญชีสิ่ง อุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน ๑ รายการ

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอข้อมูลต้องเป็นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายที่สามารถชี้แจง หรือให้ข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมได้ เมื่อทางราชการต้องการ

๓. เงื่อนไข

๓.๑ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงอันเกิดจากการส่งข้อมูล หรือรายละเอียด หรือของตัวอย่างตามเรื่องนี้ ผู้เสนอข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓.๒ การพิจารณาข้อมูลมากำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ จะดำเนินการโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายแพทย์ ของ กองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

๓.๓ ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ที่ สำนักงานส่วนบังคับบัญชา กองรังสีกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ ๓๑๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โดยนำมามอบด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์

๓.๔ เอกสารต้องเป็นภาษาไทยหากเป็นเอกสารภาษาอื่นต้องแปลเป็นไทย หรือแนบเอกสาร ภาษาอังกฤษมาประกอบด้วย

๔. ถ้าหากผู้เสนอข้อมูล มีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน ส่วนบังคับบัญชา กองรังสีกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๗๖๓-๓๘๑๔, ๐๒-๓๕๔-๕๒๔๓ ในวันและเวลาราชการ

๕. คณะกรรมการจะคัดเลือกข้อมูลที่ดีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หรือเหมาะสมกับการใช้งานในทางราชการที่ดีที่สุด โดยกำหนดเป็นคุณลักษณะเฉพาะ

๖. ทางราชการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา หรือระงับการพิจารณาข้อมูลของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะนำมาพิจารณาเป็นคุณลักษณะเฉพาะ หรืออาจจะยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ได้ ทั้งนี้ทางราชการ ไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์

(บุษบง หนูหล้า)

ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ผนวก ก.

บัญชีสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ตามประกาศกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ลง ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะในการออกแบบหรือใช้งาน
๑.	เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม (Intensity Modulated Radiation Therapy Linear Accelerator)	เป็นเครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้ม สำหรับ รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ทุกระบบ ด้วยลำรังสีโฟตอน (Photon) และลำรังสีอิเล็กตรอน โดยสามารถกำหนด ขนาดลำรังสีให้เป็นไปตามรูปร่างก้อนมะเร็งที่ต้องการ รักษา เพื่อให้ทำการฉายรังสีในเทคนิคต่างๆ ได้ เช่น เทคนิคการฉายรังสี 2 มิติ เทคนิคการฉายรังสีแบบ 3 มิติ เทคนิคการฉายรังสีแบบปรับความเข้ม และ รองรับเทคนิครังสีศัลยกรรมร่างกาย รวมถึงมีระบบ ภาพนำวิถี เพื่อช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของ ตำแหน่งที่ทำการรักษาให้มีความถูกต้องและแม่นยำ

ตรวจถูกต้อง

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์



(บุษบง หนูหล้า)

ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชื่อสิ่งอุปกรณ์ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ)
๒. หน่วยนับ
๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ (ให้ทราบว่าสิ่งอุปกรณ์เป็นอะไรมีรูปร่างและขนาดอย่างไร)
๔. คุณลักษณะการใช้งาน (ใช้ทำอะไร ทำด้วยอะไร ชัดความสามารถในการใช้งาน)
๕. คุณลักษณะทางเทคนิค (ถ้ามี)
๖. การบรรจุหีบห่อ
๗. ข้อกำหนดอื่นๆ (มีเอกสารคู่มือการใช้งาน คู่มือในการซ่อมบำรุง มีมาตรฐานสากล)
๘. วิธีการตรวจสอบ (กำหนดไว้เพื่อให้กรรมการตรวจรับได้ตรวจสอบให้ตรงตามกำหนด)
๙. Catalogue หรือ Leaflet
๑๐. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย (ถ้ามี)
๑๑. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์
๑๒. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์จาก อย. (เครื่องมือแพทย์) (ถ้ามี)
๑๓. ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือโทรสารที่สามารถติดต่อได้

ตรวจถูกต้อง

พันเอกหญิง รองศาสตราจารย์



(บุชบง หนูหล้า)

ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า